

ΠΑΡΑΒΑΝ & ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ “heavy duty” για τη Μαιευτική-Γυναικολογική του ΠΑΓΝΗ
Τεχνικές Προδιαγραφές
Μάρτιος 2026

Τα παραδοτέα προορίζονται για τη Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική του Γενικού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου και το αίτημα γίνεται έπειτα από σχετικό αίτημα (αρ. Πρωτ. 41705 ΕΞ 2026).

Παραδοτέο 1. Τροχήλατο νοσηλείας

Ποσότης: 2 (δύο) τεμάχια.

Σώμα και μέρη κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας AISI 304 (με πιστοποίηση).

Να διαθέτει προσθαφαιρούμενα τμήματα χωρίς ανάγκη χρήσης εξειδικευμένων εργαλείων, και να είναι εξ ολοκλήρου πλενόμενο και απολυμαινόμενο στους 90 βαθμούς σε κλίβανο (με πιστοποίηση) Στρογγυλεμένες γωνίες και άκρες για τον εύκολο καθαρισμό του.

Επιφάνεια εργασίας ανοξείδωτη με περιμετρικό γείσο χωρίς κολλήσεις και κρυφά σημεία, προς αποφυγή συγκέντρωσης μικροβίων.

Κάγκελο προστασίας στις 3 πλευρές

Εργονομική χειρολαβή ώθησης.

Στις γωνίες της βάσης να φέρει πλαστικούς προσκρουστήρες για την εξομάλυνση των κραδασμών.

Η επιφάνεια εργασίας να φέρει από τις τρεις πλευρές της προστατευτικό γείσο.

Να διαθέτει επιπλέον πλευρική ή συρόμενη βοηθητική επιφάνεια

Να φέρει συνδυασμό 4 (τεσσάρων) ανοξείδωτων συρταριών, προσθαφαιρούμενων, με εργονομικές λαβές, με μηχανισμό soft-closing επιτρέποντας το εργονομικό και ασφαλές κλείσιμο καθώς και το πλήρες άνοιγμά τους.

Κεντρική κλειδαριά για κλείδωμα των συρταριών.

Διανομέας φαρμάκων με 9 ανακλινόμενες θέσεις αποθήκευσης

Κυτίο απόρριψης αιχμηρών αντικειμένων

Διπλό ανοξείδωτο, προσθαφαιρούμενο κάδο απορριμάτων

Τέσσερις (4) περιστρεφόμενοι τροχοί αντιστατικοί, με αντισεισμική προστασία (με πιστοποίηση), διαμέτρου 125 mm εκ των οποίων οι δύο με φρένο.

Διαστάσεων περίπου 750 (μήκος) X 500 (πλάτος) X 1000 (ύψος) mm.

Απαραίτητη είναι η σύνταξη φύλλου συμμόρφωσης σε πλήρη ανταπόκριση με τις παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές, με αντίστοιχες παραπομπές στα τεχνικά φυλλάδια και έντυπα του κατασκευαστικού οίκου για τεκμηρίωση. Ασάφειες και αοριστίες ως προς την τεκμηρίωση θα θεωρούνται ως ουσιώδεις αποκλίσεις και η προσφορά θα απορρίπτεται.

Παραδοτέο 2. Τροχήλατο Παραβάν

Ποσότης: 2 (δύο) τεμάχια.

Εξωτερικές διαστάσεις περίπου 1,65μ (ύψος) X 1,80μ (μήκος συνολικό). Πλάτος εκάστου πανέλου περίπου 0,50μ

Ελαφριά, εύχρηστη, εργονομική κατασκευή. Τα φύλλα θα πρέπει να είναι εύκολα πτυσσόμενα και εκπτυσσόμενα, χωρίς κενό μεταξύ τους.

Συμπαγής τροχήλατη βάση με συνολικά 6 αντιστατικούς τροχούς με φρένο, αθόρυβους, για εύκολη μεταφορά και ακινητοποίηση, με φρένο

Απόσταση κάτω ακμής από το δάπεδο περίπου 15εκ. για εύκολο καθαρισμό δαπέδου ακόμα και όταν το παραβάν είναι κλειστό.

Πλαίσιο κατασκευασμένο από αλουμίνιο ανωδιωμένο.

Διαχωριστικά εντός των πλαισίων από συμπαγές, laminate υλικό, ημιδιαφανές, σε απόχρωση επιλογής του Νοσοκομείου, εύκολο στον καθαρισμό και ανθεκτικό στα χημικά και απολυμαντικά,

ανθεκτικό σε εκδορές και χαράξεις. Οι επιφάνειες θα πρέπει να είναι βραδύκαυστες, κατηγορίας Euroclass B-s1, d0.

Λοιπές υποχρεώσεις

- Ο προμηθευτής αλλά και η κατασκευάστρια εταιρεία πρέπει να διαθέτουν ISO 9001 και ISO 13485 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων) με κατάθεση των αντίστοιχων πιστοποιητικών).
- Πιστοποιητικά θα κατατεθούν και για τις ειδικές ιδιότητες των μερών του τροχήλατου, όπου ζητούνται στις προδιαγραφές.
- Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του υπό προμήθεια είδους για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια από την παραλαβή του.
- Ο προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει στην υπηρεσία ανταλλακτικά του προσφερόμενου είδους (μηχανήματος, κ.λ.π.) για 10 έτη τουλάχιστον.
- Όλα τα είδη θα είναι α' ποιότητας κατασκευής ΕΕ (πιστοποιημένα με CE mark).
- Οι διαστάσεις είναι ενδεικτικές και επιτρέπονται μικροαποκλίσεις από αυτές εφόσον πληρούνται οι λειτουργικές απαιτήσεις άνεσης και εργονομίας.
- Όλες οι οικονομικές προσφορές θα συνοδεύονται από πλήρες και ευκρινές φυλλάδιο παρουσίασης (προσπέκτους) καθώς και τεχνικές προδιαγραφές. Σε περίπτωση που το προσφερόμενο είδος προκύπτει από τον συνδυασμό διαφόρων τυποποιημένων εξαρτημάτων "σειράς" από κατάλογο του κατασκευαστή, ο υποψήφιος Προμηθευτής πρέπει να δηλώνει ευκρινώς τους αντίστοιχους κωδικούς του καταλόγου.
- Το νοσοκομείο έχει δικαίωμα να ζητήσει πρόσθετα τεχνικά στοιχεία και δείγματα για τα προσφερόμενα είδη σε οποιοδήποτε στάδιο του διαγωνισμού. Η προσκόμιση, αποστολή, επιστροφή των ειδών προς εξέταση γίνεται με κίνδυνο και δαπάνη του υποψηφίου Προμηθευτή.
- Το νοσοκομείο έχει δικαίωμα να απορρίψει οικονομική προσφορά για λόγους πέραν από το ύψος της βασιζόμενο σε κριτήρια γενικότερης εμφάνισης, αντοχής και ποιότητας φινιρίσματος, είτε σε κριτήρια τα οποία προκύπτουν έπειτα από την άμεση αντίληψη και επί τόπου εξέταση των προσφερομένων ειδών.
- Στην οικονομική προσφορά συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια, η μεταφορά στο σημείο ακριβώς που θα υποδειχθεί, η συναρμολόγηση, η τυχόν προσωρινή αποθήκευση, νεκροί χρόνοι και γενικά κάθε είδους παράπλευρη δαπάνη. Επίσης συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα μικροεξαρτήματα, υλικά συνδέσεων, μικροεργασίες και μικροϋλικά επί τόπου της θέσης εγκατάστασης. Τα είδη παραδίδονται αποσυσκευασμένα και πλήρως συναρμολογημένα, τα δε υλικά συσκευασίας απομακρύνονται από τον Προμηθευτή.
- Στην επιλογή των ειδών βαρύνουσα γνώμη έχει η Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική και η Νοσηλευτική Υπηρεσία. Προσφερόμενα είδη τα οποία δεν θα είναι τεκμηριωμένα αποδεκτά από την Κλινική ή τη Νοσηλευτική Υπηρεσία, θα απορρίπτονται.
- Ως χρόνος παράδοσης των παραπάνω ειδών ορίζονται οι **30** εργάσιμες ημέρες.
- Δημοσίευση των προδιαγραφών αυτών ισοδυναμεί με αποδοχή τους από τη Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική και τη Νοσηλευτική Υπηρεσία.

Για την Τεχνική Υπηρεσία
Α. Κατσαράκης

