

**ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ:**

337208 (2)

Ενδοπρόθεση εγκεφαλικών αγγείων νιτινόλης αποτελούμενο από 64 ακτινοσκοπικά νήματα. Το σύρμα προώθησης να είναι εξολοκλήρου ανεξάρτητο από την ενδοπρόθεση ώστε κατά τη διάρκεια της επέμβασης να βοηθά για την σωστή τοποθέτηση του. Η ενδοπρόθεση να είναι συμβατή με μικροκαθετήρα διαμέτρου 0,021" ίντσες.

337290 (2)

Μικροκαθετήρας προώθησης συσκευής εμβολισμού μορφοτροπέα ροών εσωτερικής διαμέτρου 0,021" ιντσών.

332818 (3)

Περιστροφικές αιμοστατικές βαλβίδες διπλού και τριπλού αυλού για συσκευές έως 9Fr. Να είναι συμβατές με όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται με το υγρό εμβολικό υλικό Onyx και τα παρελκόμενα

332803 (1)

Οδηγός καθετήρας επεμβατικής Νευροακτινολογίας μήκους 80cm- 90cm -100cm -110cm εσωτερικής διαμέτρου 0,071" και υδρόφιλης επικάλυψης 15cm.

Νικόλαος Νάσης

05.08.2026

Επεμβατικός Νευροακτινολόγος

Επιμελητής Β'