

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ:

337208 (1)

Ενδοπρόθεση εγκεφαλικών αγγείων νιτινόλης αποτελούμενο από 64 ακτινοσκοπερά νήματα. Το σύρμα προώθησης να είναι εξολοκλήρου ανεξάρτητο από την ενδοπρόθεση ώστε κατά τη διάρκεια της επέμβασης να βοηθά για την σωστή τοποθέτηση του. Η ενδοπρόθεση να είναι συμβατή με μικροκαθετήρα διαμέτρου 0,021" ίντσες.

337290 (1)

Μικροκαθετήρας προώθησης συσκευής εμβολισμού μορφοτροπέα ροών εσωτερικής διαμέτρου 0,021" ιντσών.

332818 (3)

Περιστροφικές αιμοστατικές βαλβίδες διπλού και τριπλού αυλού για συσκευές έως 9Fr. Να είναι συμβατές με όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται με το υγρό εμβολικό υλικό Onyx και τα παρελκόμενα

332800 (1)

Υβριδικός Καθετήρας Νευροακτινολογίας μεγάλου αυλού συμβατός με αντλία. Υβριδικός καθετήρας νευροακτινολογίας και θηκάρι μεγάλου αυλού με εσωτερική διάμετρο 0.088" κατασκευασμένο από ενισχυμένο πολυμερές με σκελετό από stainless steel. Το εγγύς άκρο να είναι πιο εύκαμπτο, επιτρέποντας την τοποθέτησή του σε υψηλότερο ανατομικά σημείο εν συγκρίσει με τα συμβατικά μακριά θηκάρια. Το άκρο να διατίθεται σε ευθύ και multi-purpose. Να είναι συμβατός με σύρμα 0.035" και 0.038". Να προσφέρεται μαζί με περιστρεφόμενη αιμοστατική βαλβίδα, crosscut βαλβίδα και dilator. Το άπω (distal) άκρο να έχει εύκαμπτη ζώνη 4εκ. και υδρόφιλη επικάλυψη 7εκ.

Νικόλαος Νάσης

05.08.2026

Επεμβατικός Νευροακτινολόγος

Επιμελητής Β'