


Av 660

Προδιαγραφές Υλικού:

Εξατομικευμένο ενδαγγειακό μόσχευμα με έναν κλάδο ή θυρίδα για για ανεύρυσμα ή αορτικό διαχωρισμό του αορτικού τόξου

- Εξατομικευμένα ενδαγγειακά μόσχευμα με έναν κλάδο ή θυρίδα (αναλόγως της ανατομίας του ασθενούς) για ανευρύσματα ή διαχωρισμών του αορτικού τόξου, από Dacron ή PTFE με σκελετό (ste) το οποίο να κατασκευάζονται κατά παραγγελία για τις ανάγκες και την ανατομία του εκάστοτε ασθενούς με τον κλάδο ή θυρίδα για την αιμάτωση της Αριστερής Υποκλειδίου αρτηρίας.
- Το Set θα περιλαμβάνει τον ειδικά κατασκευασμένο προεκτάση για την αριστερή υποκλειδίο αρτηρία
- Η συσκευή να έχει υδρόφιλη επικάλυψη σε όλο το μήκος του καθετήρα και να έχει ακτινοσκοπικούς δείκτες (markers) ώστε να υπάρχει ακτινοσκοπικά σαφής εικόνα της θέσης του ενδομοσχεύματος, τη όσο και κατά την έκπτυξή του.
- Να συνοδεύεται με όλα τα συνοδά απαραίτητα υλικά τοποθέτησης του όπως πχ. θηκάρια, σύρματα, snares, καθετήρες, μπαλόνι μορφοποίησης, κλπ)
- Το ανωτέρω μόσχευμα θα πρέπει να παραδίδονται εντός 30 εργάσιμων ημερών από την ημερ/νία παραγγελίας τους.


Χρήστος Ιωάννου
Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής
Δ/ντής Κλινικής Χειρουργικής Θώρακος - Αγγείων - Καρ.