

Αν 655

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σπειράματα 0,035'' για περιφερικό εμβολισμό αγγείων με θρομβογενείς ίνες και ατραυματική διαμόρφωση άκρου. Να διατίθενται σε διαμέτρους από 2mm έως 9mm και τύπος σχήματος κωνικό και multi loop.

ΘΗΚΑΡΙ ΑΓΤΕΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ ΜΕ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 5-10 FR, ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΗΚΗ ΑΠΟ 20 ΕΩΣ 100 CM. ΜΕ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΥΔΡΟΦΙΛΙΚΟ ΑΚΡΟ.

Θηκάρι 33 cm για την ένθεση των ανωτέρω ενδαγγειακών υλικών με υδρόφιλη επικάλυψη και με σύστημα πλήρωσης και αποπλήρωσης. Να φέρει αιμοστατική βαλβίδα με μπαλόνι κατασκευασμένο από ασκό e-PTFE/FEP με εισαγωγή περιστροφικού τύπου (Dry Seal Flex) μήκος 33cm και διαμέτρου 14-24 Fr.

ΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
ΕΠΙΚ. ΚΑΘ. ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΜΟΝΑΔΑ ΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΑΝ. ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΜ: 99730 / ΑΜΚΑ: 13057302153