

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ

332818 (3)

Περιστροφικές αιμοστατικές βαλβίδες διπλού και τριπλού αυλού για συσκευές έως 9Fr. Να είναι συμβατές με όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται με το υγρό εμβολικό υλικό Onyx και τα παρελκόμενα

342103 (1)

Σύστημα επαναιμάτωσης εγκεφάλου (KIT) που συνεισφέρουν στην αποτελεσματική πρόσβαση στο σημείο αναρρόφησης και την επιτυχή αφαίρεση του θρόμβου από τον εγκέφαλο. Ο καθετήρας να είναι ενισχυμένος με nitinol και να έχει επιπλέον προσθήκη πολυμερούς Tecoflex που προσφέρει μεγαλύτερη ελαστικότητα και πιο εύκαμπτο άκρο. Το προσφερόμενο μήκος να είναι 138εκ. Η εσωτερική διάμετρος στο άπω μέρος του καθετήρα (distal) να είναι 0.62". Να αποτελείται από 11 ζώνες μετάβασης. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την τοποθέτηση μορφοτροπέων ροής (flow diverters) και ενδοπροθέσεων στα εγκεφαλικά αγγεία. Ο καθετήρας να έχει πλήρη επικάλυψη από PTFE για καλύτερη πλοήγηση. Να είναι απολύτως συμβατός και ασφαλής για χρήση με την αντλία συνεχούς μηχανικής αναρρόφησης Penumbra Digital Engine. Το σύστημα να αποτελείται από την συσκευή επαναιμάτωσης και την σωλήνωση αναρρόφησης.

345939 (1)

Σύστημα οδηγού καθετήρα νευροακτινολογίας κυμαινόμενης σκληρότητας με μπαλόνι (11,1ml). Με διαστάσεις 0.087-inch ID and 8F+ (OD) μπορεί να λειτουργήσει και ως καθετήρας εισαγωγής άλλων καθετήρων αλλά και ως εισαγωγέας συσκευών θρομβεκτομής. Να διαθέτει 9 ζώνες διαφορετικής σκληρότητας. Να διαθέτει διπλό άπω ακτινοσκοπικό σημαντή. Να διατίθεται με ωφέλιμο μήκος 90 ή 95 εκατοστά. Συμβατό με σύρματα 0.035" - 0.038"

332844 (1)

Μικροκαθετήρας για την προώθηση ενδοκρανίων stent για την αναδόμηση αυχένων ανευρυσμάτων. Ο καθετήρας να έχει εσωτερική διάμετρο 0.27" της ίντσας. Το εγγύς άκρο του καθετήρα να είναι διάφανο και να έχει μεταλλική περιέλιξη. Το σώμα του καθετήρα να αποτελείται από 5 ζώνες διαφορετικής σκληρότητας για καλύτερη κατευθυντικότητα.

26.07.2026