



ΤΜΗΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	Κ.Α.Ε	ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛ.
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ (ΩΡΛ)			

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΥΛΙΚΩΝ

417.446

Παρακαλούμε για την προμήθεια των παρακάτω ειδών, που είναι απαραίτητα για τις ανάγκες του τμήματος

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ	ΤΕΜΑΧΙΑ
324029	ΣΕΤ ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΥΓΓΙΚΩΝ ΝΕΥΡΩΝ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ	30 ΤΕΜΑΧΙΑ
	ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟ ΣΩΛΗΝΑ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ	
	ΚΑΙ ΣΤΥΛΕΟ ΝΕΥΡΟΔΙΕΓΕΡΣΗΣ	
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ		14.500,00 €

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ :	ΤΙΜΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ	ΜΕΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	ΑΠΟΘΕΜΑ
3 ΜΗΝΕΣ	12 ΤΕΜΑΧΙΑ	

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ :

ΠΛΗΡΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ :

Τα παραπάνω υλικά αποτελούν αναλώσιμα του μηχανήματος NIM-PULSE-2 που βρίσκεται στο χώρο του χειρουργείου και χρησιμοποιείται για τη διεγχειρητική παρακολούθηση του παλίνδρομου λαρυγγικού νεύρου και του προσωπικού νεύρου σε μεγάλο αριθμό επεμβάσεων της τραχηλικής χώρας, προκειμένου να αποφευχθεί ο τραυματισμός τους.

ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ	ΠΑΓΙΟ	ΝΕΟ ΥΛΙΚΟ	ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΓΝΩΝΙΣΜΟ
☒	☐	ΝΑΙ ☐ ΉΧΙ ☒	ΝΑΙ ☒ ΉΧΙ ☐

ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ

Ο ΑΙΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

- 1
- 2
- 2
- 4
- 5

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ	ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΝΕΥΡΩΝ NIM-PULSE 2.0

ΣΕΤ ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΥΓΓΙΚΩΝ ΝΕΥΡΩΝ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟ ΣΩΛΗΝΑ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΚΑΙ ΣΤΥΛΕΟ ΝΕΥΡΟΔΙΕΓΕΡΣΗΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΩΝ:

- να είναι εύκαμπτοι, ενισχυμένοι, ατραυματικοί και να διαθέτουν cuff
- να είναι κατασκευασμένοι από PVC, ώστε τόσο ο σωλήνας όσο και το cuff να προσαρμόζονται στο σχήμα της τραχείας
- να έχουν ενσωματωμένα ηλεκτρόδια για την παρακολούθηση των παλίνδρομων λαρυγγικών νεύρων
- να διατίθενται σε νούμερα 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5
- να είναι συμβατοί με το monitor νευροδιέγερσης Nim Pulse 2.0 που βρίσκεται στο χώρο του χειρουργείου

ΧΡΗΣΗ: Διεγχειρητική παρακολούθηση παλίνδρομων λαρυγγικών νεύρων σε επεμβάσεις θυρεοειδεκτομής, προκειμένου για αποφυγή τραυματισμών τους που θα επέφεραν σοβαρές συνέπειες στη ποιότητα ζωής των ασθενών. Οι τραχειοσωλήνες προορίζονται για το μηχάνημα NIM-PULSE 2.0, που υπάρχει ήδη στο χώρο του χειρουργείου.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΥΛΕΩΝ ΝΕΥΡΟΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΝΕΥΡΩΝ

- να διαθέτουν μεταλλικό, ατραυματικό άκρο για τη διοχέτευση του ρεύματος στο χειρουργικό πεδίο
- να διοχετεύουν με ακρίβεια την προεπιλεγθείσα ποσότητα ρεύματος
- να είναι ελαφροί και εύκολοι στη χρήση
- να είναι συμβατοί με το monitor νευροδιέγερσης Nim Pulse 2.0 που βρίσκεται στο χώρο του χειρουργείου

ΧΡΗΣΗ: Διεγχειρητική παρακολούθηση κινητικών νεύρων (πνευμονογαστρικό, προσωπικό νεύρο) κατά τη διάρκεια επεμβάσεων κεφαλής και τραχήλου, προκειμένου για αποφυγή τραυματισμών τους. Οι στυλεοί προορίζονται για το μηχάνημα NIM-PULSE 2.0, που υπάρχει ήδη στο χώρο του χειρουργείου.

Τα παραπάνω υλικά υπήρχαν σε σύμβαση, η οποία έληξε χωρίς να ανανεωθεί και θα διακινούνται με τη μορφή παρακαταθήκης.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΝΕΥΡΩΝ NIM-PULSE 2.0

ΣΕΤ ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΕΥΡΟΥ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΝΕΥΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΥΛΕΟ ΝΕΥΡΟΔΙΕΓΕΡΣΗΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΝΕΥΡΩΝ

Το κάθε ηλεκτρόδιο αποτελείται από 2 δικάναλα και 2 μονοκάναλα ηλεκτρόδια σε αποστειρωμένες συσκευασίες μίας χρήσεως.

ΧΡΗΣΗ: Διεγχειρητική παρακολούθηση προσωπικού νεύρου σε επεμβάσεις παρωτιδεκτομής, προκειμένου για αποφυγή τραυματισμών του. Τα ηλεκτρόδια προορίζονται για το μηχάνημα NIM-PULSE 2.0, που υπάρχει ήδη στο χώρο του χειρουργείου.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΥΛΕΩΝ ΝΕΥΡΟΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΝΕΥΡΩΝ

- να διαθέτουν μεταλλικό, ατραυματικό άκρο για τη διοχέτευση του ρεύματος στο χειρουργικό πεδίο
- να διοχετεύουν με ακρίβεια την προεπιλεγθείσα ποσότητα ρεύματος
- να είναι ελαφροί και εύκολοι στη χρήση
- να είναι συμβατοί με το monitor νευροδιέγερσης Nim Pulse 2.0 που βρίσκεται στο χώρο του χειρουργείου

ΧΡΗΣΗ: Διεγχειρητική παρακολούθηση κινητικών νεύρων (πνευμονογαστρικό, προσωπικό νεύρο) κατά τη διάρκεια επεμβάσεων κεφαλής και τραχήλου, προκειμένου για αποφυγή τραυματισμών τους. Οι στυλεοί προορίζονται για το μηχάνημα NIM-PULSE 2.0, που υπάρχει ήδη στο χώρο του χειρουργείου

Τα παραπάνω υλικά υπήρχαν σε σύμβαση, η οποία έληξε χωρίς να ανανεωθεί και θα διακινούνται με τη μορφή παρακαταθήκης.