

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ

ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΟΝΑΔΑ ΧΜΘ

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

Ε.ΜΑΥΡΑΝΤΩΝΑΚΗ

ΤΗΛ.2310

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

22/9/2018

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΕΤ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ

Προδιαγραφές σετ χορήγησης φαρμάκων και υγρών, μέσω ηλεκτρονικής αντλίας που να διαθέτει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:

1. Ρύγχος διάτρησης με αεραγωγό με αντιβακτηριακό φίλτρο και πώμα.
2. Διαφανής εύκαμπτος με φίλτρο κατακράτησης αέρα και δυσδιάλυτων ουσιών 4μm στο κάτω μέρος του σταγονομετρικού θαλάμου (από υλικό που αποτρέπει την εισροή αέρα στο σετ, μετά το τέλος του υγρού.)
3. Ολισθαίνων κλείστρο για ρύθμιση ή διακοπή της ροής.
4. Ενσωματωμένο μη αποσπώμενο εξάρτημα ασφαλείας για την προστασία από την ελεύθερη ροή.
5. Πλάγια διακλάδωση τύπου <<Y>> χωρίς τη χρήση βελόνης για αντιμικροβιακή προστασία.
6. Περιστρεφόμενη αρσενική σύνδεση Luer Lock με υδρόφοβο πώμα για προστασία από μολύνσεις.
7. Συνολικό μήκος συσκευής 265cm και όγκο πλήρωσης 27ml.
8. Σε ατομική συσκευασία ,αποστειρωμένη με αιθυλενοξείδιο, DEHP _free, Latex _free
9. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην αντλία για 96 ώρες.
9. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε στείρο πεδίο.

Η Ηλεκτρονική αντλία να έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά

- .Να έχει Ελληνικό μενού
- .Να είναι Class II για προστασία από ηλεκτροπληξία.
- .Να έχει πιστοποίηση τουλάχιστον IP22 για ολόκληρο το μηχάνημα.
- .Να λειτουργεί χωρίς τη χρήση εξωτερικού μετασχηματιστή και να έχει δυνατότητα ροής έως 1500ml/h.
- .Να διαθέτει εσωτερική μπαταρία που να εξασφαλίζει λειτουργία της αντλίας για τουλάχιστον 8 ώρες σε ροή 25 ml/h και να φορτίζει ανεξαρτήτως ροής λειτουργίας.

.Να διαθέτει ειδοποίηση για πτώση πίεσης στη γραμμή έγχυσης (αποσύνδεση ασθενή) και δυνατότητα απενεργοποίησης του KVO.

.Το βάρος της να είναι μικρότερο των 2kg και να διαθέτει φυσικά πλήκτρα ρύθμισης ροής για ευχρηστία.

.Να διαθέτει ρύθμιση του ορίου συναγερμού φραγής σε βήματα των 50 mm Hg στο εύρος από 50-750 mmHg.

Ο Διευθυντής του τμήματος

ΣΟΦΙΑ ΑΓΓΕΛΑΚΗ
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΜ: 75541 ΑΜΚΑ:16026705166

Η Προϊσταμένη

