

- Πνευμονολογικό μπαλόνι διαστολής μίας χρήσης, τριών (3) διαδοχικών διαμέτρων, κατασκευασμένο από μαλακό, παχύ υλικό rebax και ολισθηρή επικάλυψη mediglide. Το μπαλόνι να διαθέτει δύο ακτινοσκοπικούς δείκτες και στρογγυλεμένα άκρα, ώστε να επιτρέπει την ενδοσκοπική και ακτινοσκοπική παρακολούθηση της διαστολής. Να είναι εγκεκριμένο για ενδοσκοπική διαστολή στενώσεων στο δέντρο των αεραγωγών διαμέσου βρογχοσκοπίου. Να διατίθεται με διάμετρο μπαλονιού ως εξής: 8-9-10mm με πλήρωση αντίστοιχα 3-5,5-9 ATM, 10-11-12mm με πλήρωση αντίστοιχα 3-5-8 ATM, 12-13.5-15mm με πλήρωση αντίστοιχα 3-4,5-8 ATM, 15-16.5-18mm με πλήρωση αντίστοιχα 3-4,5-7 ATM, 18-19-20mm με πλήρωση αντίστοιχα 3-4,5-6 ATM, μήκος μπαλονιού 3cm και 5,5cm, διάμετρο καθετήρα κατάλληλη για χρήση με κανάλι εργασίας 2,8mm και άνω. Να έχει μήκος καθετήρα 110cm. **(CRE pulmonary) κωδικός νοσοκομείου 343981 ΠΑΓΝΗ**
- Ειδική αποστειρωμένη σύριγγα πλήρωσης 60cc με ενσωματωμένο μανόμετρο υψηλής ευκρίνειας, μίας χρήσεως, με δυνατότητα προσαρμογής σε ειδική συσκευή, η οποία παρέχει υψηλή-σταδιακή πίεση πλήρωσης για την ευκολότερη πλήρωση και αποπλήρωση των μπαλονιών. Να διαθέτει ειδικό σύστημα προέκτασης **(ΣΥΡΙΓΓΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ). κωδικός νοσοκομείου ΠΑΓΝΗ 343979**