

Κωδ 231902 (πρωι Boerreldt)

EyePlate.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΓΛΑΥΚΩΜΑΤΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ

Α.Τ. 497

- Να είναι κατασκευασμένη από εύκαμπτη σιλικόνη ιατρικών προδιαγραφών με πάχος ίσο ή μικρότερο των 0.80 mm
- Να διατίθεται σε 2 μεγέθη 200 mm² και 300 mm²
- Να έχει την δυνατότητα να "διπλωθεί" με σκοπό την ένθεση της από μικρές τομές.
- Να δίνετε να τοποθετηθεί χωρίς να σηκωθούν οι μύες του οφθαλμού για την ελαχιστοποίηση μετεγχειρητικών επιπλοκών.
- Η εξωτερική διάμετρος του σωλήνα παροχέτευσης να είναι ίση ή μικρότερη των 0.48mm ενώ η εσωτερική να είναι ίση με 0.18 mm
- Οι διαστάσεις της βαλβίδας 200mm² να είναι οι παρακάτω:
 - Πλάτος ίσο ή μικρότερο των 16.9 mm και το μήκος να μην ξεπερνάει τα 15 mm
- Οι διαστάσεις της βαλβίδας 300mm² να είναι οι παρακάτω:
 - Πλάτος ίσο ή μικρότερο των 19mm και μήκος να μην ξεπερνάει τα 18.7 mm

5 τεραχια

ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ Κ. ΤΣΑΛΙΜΠΑΡΟΥ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΛΙΝΙΚΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
ΠΑΤΡΝΗ - Α.Α. ΤΣΑΥ: 64838
ΑΜΚΑ: 27056204254