

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΕΤ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΠΡΑΝΩΝ**Κωδ: 270446**

- Να αποτελείται από μαλακό σωλήνα σιλικόνης μήκους περίπου 160 cm.
- Να διαθέτει μπαλόνι συγκράτησης και δακτυλική υποδοχή για εύκολη εισαγωγή στο ορθό.
- Να διαθέτει ενδεικτική γραμμή που να παραμένει έξω από το ορθό ως ένδειξη της σωστής θέσης στο ορθό.
- Να διαθέτει ενδείξεις σωστής πλήρωσης και υπερπλήρωσης.
- Να έχει ανεξάρτητες εισόδους έκπλυσης της συσκευής, χορήγησης φαρμάκων και δειγματοληψίας κοπράνων.
- Το σετ να περιλαμβάνει τα ακόλουθα :
 1. Σάκο συλλογής με φίλτρο και διαβάθμιση.
 2. Μαλακό σωλήνα σιλικόνης.
 3. Σύριγγα Luer lock.
 4. Φακελάκια πηκτικού παράγοντα για τη μείωση της οσμής και της πιθανότητας διαρροής.
 5. Κλίπ για την κρέμαση – στερέωση στην κλίνη του ασθενή.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ**Σάκος συλλογής κοπράνων****Κωδ. 270447**

- Ο σάκος συλλογής κοπράνων να έχει χωρητικότητα περίπου 1 λίτρου με διαβάθμιση όγκου. Να έχει βαλβίδα μη επαναφοράς για αποφυγή διαρροής και να προσαρμόζεται με συνδετικό που κλείνει, στο ελεύθερο άκρο του καθετήρα. Να διαθέτει φίλτρο ενεργού άνθρακα για την απελευθέρωση περίσσειας αερίου. Να διαθέτει δακτύλιο σιλικόνης για ασφαλή εφαρμογή με τον καθετήρα. Ο σάκος να είναι απόλυτα συμβατός με το παραπάνω σετ διαχείρισης κοπράνων.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ


ΣΑΜΑΡΙΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
RN, MPH, PhD
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΜΕΘ

**ΣΕΤ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ULTRAPERC ΜΕ ΜΟΝΟ ΥΔΡΟΦΙΛΟ ΔΙΑΣΤΟΛΕΑ
ΣΧΗΜΑΤΟΣ "S" ΚΑΙ ΟΔΗΓΟ ΜΕ ΟΠΗ ΣΤΟ ΑΚΡΟ ΤΟΥ, ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ SELDINGER
ΚΩΔ. 216018**

Το σετ :

1. Φέρει υδρόφιλο μοναδικό διαστολέα, ειδικά σχεδιασμένο για διαστολή σε ένα μόνο βήμα, με **ειδική εργονομική λαβή "S"** στο άνω μέρος ώστε να μην γλιστράει και **πλαϊνή ειδική θύρα** για την εισαγωγή με την μέθοδο Seldinger.
2. Φέρει σωλήνα τραχειοστομίας από διάφανο θερμοευαίσθητο PVC υψηλής ποιότητας μη-τοξικό (latex free) με Cuff Χαμηλής πίεσης – Μεγάλου όγκου, **DHPD free, με χρωματική διαφορά** ανάλογα με το νούμερο, με κλίση 105° για την καλύτερη εφαρμογή του στην τραχεία και μόνιμη υποδοχή 15mm παροχής οξυγόνου. Το κωνικό σχήμα του cuff προσφέρει πλήρη στεγανοποίηση, με την ελάχιστη δυνατή επαφή μεταξύ των ευαίσθητων τοιχωμάτων της τραχείας και του cuff, ελαχιστοποιώντας την επιφάνεια πιθανού τραυματισμού.
 - Το CUFF εμφανίζει ευαισθησία ώστε να παρακολουθεί την αλλαγή της πίεσης στην διάρκεια του αναπνευστικού κύκλου. Το CUFF είναι τοποθετημένο θερμοσυγκολλητικά ταυτόχρονα με τον σωλήνα ενώ όταν το φουσκώνουμε, διατηρεί την κεντρική θέση του σωλήνα, μακριά από τα τοιχώματα της τραχείας, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο ρήξης.
 - Το CUFF εξασφαλίζει αποτελεσματική εφαρμογή ακόμα και όταν επιλέγουμε μικρότερο νούμερο σωλήνα για γρήγορη διασωλήνωση, έχοντας από το No.7 – No.10 την ίδια διάμετρο. Όταν ξεφουσκώνει, το cuff εφαρμόζει στενά γύρω από τον σωλήνα, διευκολύνοντας έτσι την διασωλήνωση και αποσωλήνωση, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τον κίνδυνο τραυματισμού.
 - Το CUFF ελέγχεται από πολύ ευαίσθητο οδηγό (PILOT) με άμεσο έλεγχο της πλήρωσης του και των διακυμάνσεων αυτής και ο δε σωληνίσκος που το φουσκώνει είναι ενσωματωμένος στον σωλήνα.
 - Επάνω στον οδηγό (PILOT) πλήρωσής του CUFF αναγράφεται το νούμερο του σωλήνα για ευκρινή έλεγχο και το νούμερο έκπτυξης του cuff.
3. Φέρει δύο επαναχρησιμοποιούμενες εσωτερικές κάνουλες, στις οποίες αναγράφεται το νούμερο του σωλήνα και εφαρμόζουν με «κλικ» στην θέση τους, επιτρέποντας την μακρά παραμονή του σωλήνα (έως και 30 μέρες).
4. Φέρει ειδικό οδηγό, που «κλειδώνει», εντός του σωλήνα τραχειοστομίας, για να εξασφαλίζει την ασφαλή και γρήγορη εισαγωγή στην τραχεία. Το δε άκρο του οδηγού είναι στρογγυλεμένο και λεπταίνει σταδιακά για να είναι ατραυματικό, με ειδική οπή στο άκρο του για την πραγματοποίηση της μεθόδου Seldinger.
5. Φέρει αιμοστατική λαβίδα με καμπύλη
6. Φέρει βελόνα 14G, με ενσωματωμένο οδηγό.
7. Φέρει σύριγγα 5ml & 10ml, ειδική για ανίχνευση του χώρου της τραχείας
8. Φέρει ειδικό διαστολέα για την διάνοιξη των ιστών
9. Φέρει οδηγό σύρμα Seldinger, διπλού άκρου J tip 50cm προσαρμοζόμενο σε ειδική συσκευασία για χρήση με ένα χέρι
10. Φέρει 2 αποστειρωμένα λιπαντικά gel και 10 γάζες για την τραχεία
11. Φέρει ειδικό βουρτσάκι καθαρισμού με μαλακές ίνες από nylon και μαλακές άκρες.
12. Φέρει υποαλλεργική φακαρόλα Velcro, πολλαπλών χρήσεων για συγκράτηση του σωλήνα τραχειοστομίας
13. Φέρει γάζα με οπή για την τραχεία
14. Φέρει νυστέρι ασφαλείας

Απαραίτητο δείγμα.


ΣΑΜΑΡΕΛΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
B.Sc., M.P.H., Ph.D.
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΜΕΒ

ΖΕΛΕ ΥΠΕΡΗΧΟΥ

ΚΩΔ. 48783

Ζελέ αποστειρωμένος για βιοψίες υπερήχου σε ατομική συσκευασία των 20ml.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ

Προστατευτικά καλύμματα κεφαλής υπερήχων

Κωδ.181502

Αποστειρωμένα σε ατομική συσκευασία, μιας χρήσης.

Να είναι από πολυουρεθάνη ή πολυισοπρένιο.

Να έχουν άριστη διαπερατότητα στους υπερήχους.

Να εξασφαλίζουν απόλυτη εφαρμογή για κάθε τύπο κεφαλής.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ


ΣΑΜΑΡΙΤΑΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
RN, MPH, PhD
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΜΕΘ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΑΠΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΚΩΔ. 50452

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ
200-4x

Από αφρώδες υλικό, υψηλής ποιότητας. (όχι κουλούρα)

Να είναι κατασκευασμένα από ειδικό αντιαλλεργικό πολυουρεθάνης, που να επιτρέπει την αναπνοή του δέρματος και τη μη εφίδρωσή του, μη τοξικά, αντιολισθητικά, όχι πολύ μαλακά ώστε να πιέζονται από το βάρος των ασθενών.

Σε συσκευασία με κενό αέρος για εύκολη αποθήκευση.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ


ΣΑΜΑΡΙΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
RN, MPH, PhD
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΜΕΘ