

1. Αισθητήρας πρόβλεψη υπότασης ελάχιστα επεμβατικός ΚΩΔΙΚΟΣ: 345595

Αισθητήρας πρόβλεψης υπότασης μιας χρήσης με προσυναρμολογημένη προέκταση υψηλής πίεσης. Ο αισθητήρας θα πρέπει να έχει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Να μπορεί να προβλέψει υποτασικά επεισόδια πριν την εμφάνισή τους μέσω ειδικού δείκτη (δείκτης πρόβλεψης υπότασης, HPI). Για την αξιοπιστία της μεθόδου θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 2 κλινικές μελέτες.
- Θα πρέπει να παρέχει την δυνατότητα συνεχούς παρακολούθησης καρδιακής παροχής (CO), καρδιακού δείκτη (CI), όγκου παλμού (SV), δείκτη όγκου παλμού (SVI), συστηματικών αγγειακών αντιστάσεων (SVR), μεταβολή του όγκου παλμού (SVV), δείκτη συσταλτικότητας (dP/dt), συσταλτότητας αγγείων (Eadyn), και δείκτη πιθανότητας υπότασης (HPI).
- Θα πρέπει να συνδέεται στον υπάρχοντα μη ειδικό αρτηριακό καθετήρα του ασθενούς και οι μετρήσεις θα πρέπει να γίνονται αυτόματα χωρίς να απαιτείται καμία βαθμονόμηση.

2. Αισθητήρας Εγκεφαλικής Οξυμετρίας ΚΩΔΙΚΟΣ 397542

Μη επεμβατικός αισθητήρας για την μέτρηση της ιστικής οξυγόνωσης (StO₂) ο οποίος να παρέχει την δυνατότητα τοποθέτησης στο μέτωπο ή στο σώμα του ασθενή.

- Ο αισθητήρας θα πρέπει να εκπέμπει σε 5 μήκη κύματος (685, 730, 770, 810, 870 nm) για μεγιστοποίηση της ακρίβειας.
 - Να έχει την δυνατότητα μέτρησης σε βάθος έως και 2,5cm.
 - Να υπάρχει η δυνατότητα επιλογής αισθητήρα κατάλληλου για χρήση σε παιδιά, νεογνά και βρέφη. Οι παιδιατρικοί αισθητήρες θα πρέπει να διαθέτουν ειδική προστασία από την αύξηση θερμοκρασίας λόγω εκπομπής φωτός.
 - Να μπορεί να συνδεθεί με monitor το οποίο να μετρά και αιμοδυναμικές παραμέτρους για την διαφορική διάγνωση του αιτίου του αποκορεσμού.
- Διατίθεται σε σερ 20τμχ

3. Advanced Swan Ganz ΚΩΔΙΚΟΣ:283907

Καθετήρες πνευμονικής κυκλοφορίας Swan-Ganz με δυνατότητα:

- συνεχούς μέτρησης καρδιακής παροχής (CCO)
- μέτρησης του κορεσμού του μικτού φλεβικού αίματος (SVO₂),
- συνεχούς μέτρησης του τελοδιαστολικού όγκου της δεξιάς κοιλίας (CEDV)
- μέτρησης του κλάσματος εξωθήσεως δεξιάς κοιλίας (RVEF), 6 αυλών 7,5 Fr μήκους 110cm.
- Συνδυασμού δεδομένων από μέτρηση πίεσης πνευμονικής αρτηρίας.

ΔΕΙΓΜΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ (ΘΗΚΑΡΙΑ) ΠΟΛΥΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΠΛΗΡΕΣ Νο 8.5
ΚΩΔ. 65279

Σει εισαγωγής (θηκάρι) πολυαυλικών καθετήρων, με βαλβίδα ασφαλείας από πολυουρεθάνη και πλάγιο αυλό.
Με ειδικό σύστημα για να μην τσακίζει το θηκάρι (τύπου φυσαρμόνικα).
Διαστολέα, σύριγγα, οδηγό σύρμα με ένα άκρο ευθύ και ένα άκρο τύπου J (διάμετρος σύρματος 0,89mm), βελόνα 18Ga μήκους 6.35cm, προστατευτικό περίβλημα (μανίκι προστασίας) 8.5 Fr και μήκους 10cm.
Μιας χρήσεως, αποστειρωμένο.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ

ΣΑΜΑΡΙΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΥ. ΜΡ. ΦΔ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΜΕΘ