

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΒΑΡΕΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ του ΠΑΓΝΗ
Τεχνικές Προδιαγραφές
Σεπτέμβριος 2026

Το τροχήλατο προορίζεται για την Παθολογική Κλινική του Γενικού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου και το αίτημα γίνεται έπειτα από σχετικό αίτημα (αρ. πρωτ. 36616 ΕΞ 2026).

Ποσότητα: 1 (ένα) τεμάχιο.

- Βαρείας χρήσεως (heavy duty). Κατασκευασμένο εξ' ολοκλήρου από αντιμικροβιακής σύστασης, συμπαγές, अपαραμόρφωτο, άθραυστο, άκαυστο χωρίς πόρους, πολυμερές υλικό. Θα κατατεθούν οι αντίστοιχες πιστοποιήσεις για την αντιμικροβιακή σύσταση του υλικού, από διεθνείς οργανισμούς.
- Να διαθέτει ανάλογες πιστοποιήσεις κατά DIN σχετικά με την αντοχή του.
- Να είναι αποσυναρμολογούμενο (σκελετός, συρτάρια, τροχοί κ.λ.π) και απολυμαινόμενο.
- Όλες οι επιφάνειες να είναι λείες δίχως εγχοπές και κρυφά σημεία, με στρογγυλεμένες άκρες. Η επιφάνεια εργασίας του τροχήλατου να είναι ανθεκτική σε χάραξη και να φέρει από τις τρεις πλευρές της προστατευτικό γείσο. Να είναι εύκολα μετακινούμενο με χειρολαβή ωθήσεως.
- Να διαθέτει διαχωριστικά μετακινούμενα και αποσπώμενα για το διαχωρισμό του υλικού.
- Να φέρει πέντε (5) συρτάρια, τρία βαθιά και ένα ρηχό. Τα συρτάρια θα φέρουν στο εσωτερικό τους προσθαφαιρούμενα σετ διαχωριστικών.
- Τα συρτάρια να είναι προσθαφαιρούμενα με ενσωματωμένες χειρολαβές στις μετώπες και θα διαθέτουν μηχανισμό soft-closing επιτρέποντας το εργονομικό και ασφαλές κλείσιμο καθώς και το πλήρες άνοιγμα τους. .
- Να συνοδεύεται με επιπλέον προσθαφαιρούμενη ανοξείδωτη επιφάνεια ή άλλο υλικό αντοχής, στεφάνη στήριξης δοχείου απόρριψης βελονών, βάση στήριξης κουτιού γαντιών. Ο διανομέας μικροϋλικών θα διαθέτει περίπου 4 ανεξάρτητες θήκες που θα κλείνουν, από πλεξιγκλάς και θα είναι κατακόρυφα τοποθετημένες σε σχέση με την επιφάνεια εργασίας.
- Θα διαθέτει κυτίο απόρριψης αιχμηρών αντικειμένων.
- Στη βάση να φέρει περιμετρικά προσκρουστήρα και τέσσερις (4) διπλούς περιστρεφόμενους αντιστατικούς τροχούς διαμέτρου 125 cm περίπου, οι δύο με φρένο.
- Οι συνολικές διαστάσεις του τροχήλατου να είναι 75 x 60 x 90 (h) cm περίπου.
- Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη και επάρκεια ανταλλακτικών για τουλάχιστον δέκα (10) έτη.

Απαραίτητη είναι η σύνταξη φύλλου συμμόρφωσης σε πλήρη ανταπόκριση με τις παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές, με αντίστοιχες παραπομπές στα τεχνικά φυλλάδια και έντυπα του κατασκευαστικού οίκου για τεκμηρίωση. Ασάφειες και αοριστίες ως προς την τεκμηρίωση θα θεωρούνται ως ουσιώδεις αποκλίσεις και η προσφορά θα απορρίπτεται.

Λοιπές υποχρεώσεις

- Ο προμηθευτής αλλά και η κατασκευάστρια εταιρεία πρέπει να διαθέτουν ISO 9001 και ISO 13485 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων) με κατάθεση των αντίστοιχων πιστοποιητικών).
- Πιστοποιητικά θα κατατεθούν και για τις ειδικές ιδιότητες των μερών του τροχήλατου, όπου ζητούνται στις προδιαγραφές.
- Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του υπό προμήθεια είδους για

τουλάχιστον δύο (2) χρόνια από την παραλαβή του.

- Ο προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει στην υπηρεσία ανταλλακτικά του προσφερόμενου είδους (μηχανήματος, κ.λ.π.) για 10 έτη τουλάχιστον.
- Όλα τα είδη θα είναι α' ποιότητας κατασκευής ΕΕ (πιστοποιημένα με CE mark).
- Οι διαστάσεις είναι ενδεικτικές και επιτρέπονται μικροαποκλίσεις από αυτές εφόσον πληρούνται οι λειτουργικές απαιτήσεις άνεσης και εργονομίας.
- Όλες οι οικονομικές προσφορές θα συνοδεύονται από πλήρες και ευκρινές φυλλάδιο παρουσίασης (προσπέκτους) καθώς και τεχνικές προδιαγραφές. Σε περίπτωση που το προσφερόμενο είδος προκύπτει από τον συνδυασμό διαφόρων τυποποιημένων εξαρτημάτων "σειράς" από κατάλογο του κατασκευαστή, ο υποψήφιος Προμηθευτής πρέπει να δηλώνει ευκρινώς τους αντίστοιχους κωδικούς του καταλόγου.
- Το νοσοκομείο έχει δικαίωμα να ζητήσει πρόσθετα τεχνικά στοιχεία και δείγματα για τα προσφερόμενα είδη σε οποιοδήποτε στάδιο του διαγωνισμού. Η προσκόμιση, αποστολή, επιστροφή των ειδών προς εξέταση γίνεται με κίνδυνο και δαπάνη του υποψηφίου Προμηθευτή.
- Το νοσοκομείο έχει δικαίωμα να απορρίψει οικονομική προσφορά για λόγους πέραν από το ύψος της βασιζόμενο σε κριτήρια γενικότερης εμφάνισης, αντοχής και ποιότητας φινιρίσματος, είτε σε κριτήρια τα οποία προκύπτουν έπειτα από την άμεση αντίληψη και επί τόπου εξέταση των προσφερομένων ειδών.
- Στην οικονομική προσφορά συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια, η μεταφορά στο σημείο ακριβώς που θα υποδειχθεί, η συναρμολόγηση, η τυχόν προσωρινή αποθήκευση, νεκροί χρόνοι και γενικά κάθε είδους παράπλευρη δαπάνη. Επίσης συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα μικροεξαρτήματα, υλικά συνδέσεων, μικροεργασίες και μικροϋλικά επί τόπου της θέσης εγκατάστασης. Τα είδη παραδίδονται αποσυσκευασμένα και πλήρως συναρμολογημένα, τα δε υλικά συσκευασίας απομακρύνονται από τον Προμηθευτή.
- Η Παθολογική Κλινική και η Νοσηλευτική Υπηρεσία έχουν ουσιαστικό λόγο στην επιλογή των προσφερόμενων ειδών. Προσφερόμενα είδη τα οποία δεν θα είναι τεκμηριωμένα αποδεκτά από την Παθολογική Κλινική ή τη Νοσηλευτική Υπηρεσία, θα απορρίπτονται.
- Ως χρόνος παράδοσης των παραπάνω ειδών ορίζονται οι **30** εργάσιμες ημέρες.
- Δημοσίευση των προδιαγραφών αυτών ισοδυναμεί με αποδοχή τους από την Παθολογική Κλινική και τη Νοσηλευτική Υπηρεσία.

Για την Τεχνική Υπηρεσία
Α. Κατσαράκης