

ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΤΕΠ του ΠΑΓΝΗ
Τεχνικές Προδιαγραφές
Απρίλιος 2026

Τα τροχήλατα αναζωογόνησης προορίζονται για τον εξοπλισμό των νέων ΤΕΠ του ΠΑΓΝΗ και γίνονται στη συνέχεια σχετικής αίτησης (42971 ΕΞ2025).

Ποσότητα: 4 (τέσσερα) τεμάχια.

Συνολικές διαστάσεις 70X70X90 (ύψος) εκατοστά περίπου. Το ύψος είναι χωρίς τα προστατευτικά.

Κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από υψηλής ποιότητας ισχυρό πολυμερές υλικό ή από υψηλής ποιότητας ισχυρό πολυμερές υλικό με μεταλλική βάση. Η δομή του θα είναι ισχυρή και συμπαγής, αύθραστη, χωρίς πόρους, ικανή να αντέχει σε ισχυρά καθαριστικά και απολυμαντικά που χρησιμοποιεί το νοσοκομείο.

Αποσυναρμολογούμενο και εξ ολοκλήρου πλενόμενο και απολυμαινόμενο στους 90οC, με στρογγυλεμένες άκρες για τον εύκολο καθαρισμό του.

Εργονομική λαβή ωθήσεως και στις γωνίες της βάσης του προσκρουστήρα για την εξομάλυνση των κραδασμών

Η επιφάνεια εργασίας θα φέρει τρία προστατευτικά χείλη, ύψους 50mm περίπου και θα είναι ανθεκτική σε χάραξη, σε καθαριστικά και απολυμαντικά.

Το τροχήλατο θα συνοδεύεται με επιπλέον προσθαφαιρούμενη επιφάνεια από ανοξείδωτο ή άλλο υλικό αντοχής.

Θα διαθέτει 6 συρτάρια, εκ των οποίων τα 4 με ύψος μετώπης 100mm περίπου, και άλλα 2 μεγαλύτερου βάθους και ύψος μετώπης περίπου 300mm για τη φύλαξη ογκωδών αντικειμένων (π.χ. φιάλες ορών). Τα συρτάρια θα είναι προσθαφαιρούμενα επάνω σε υποδομή με ράγες ρουλεμάν και σύστημα φρεναρίσματος ώστε να μην χτυπούν κατά το κλείσιμο. Τα συρτάρια θα διαθέτουν εσωτερικά διαχωριστικά προς επιλογή.

Ειδική θέση για την τοποθέτηση μόνιτορ ή απινιδωτή, κάδο απορριμάτων και στήριγμα για κυτίο απόρριψης αιχμηρών.

Στη βάση θα φέρει τέσσερις (4) περιστρεφόμενους αντιστατικούς τροχούς διαμέτρου 125 χιλ. περίπου, οι δύο με φρένο.

Λοιπές υποχρεώσεις

- Ο προμηθευτής αλλά και η κατασκευάστρια εταιρεία πρέπει να διαθέτουν ISO 9001 και ISO 13485 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων) με κατάθεση των αντίστοιχων πιστοποιητικών).
- Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του υπό προμήθεια είδους για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια από την παραλαβή του.
- Ο προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει στην υπηρεσία ανταλλακτικά του προσφερόμενου είδους (μηχανήματος, κ.λ.π.) για 10 έτη τουλάχιστον.
- Όλα τα είδη θα είναι α' ποιότητας κατασκευής ΕΕ (πιστοποιημένα με CE mark).
- Οι διαστάσεις είναι ενδεικτικές και επιτρέπονται μικροαποκλίσεις από αυτές εφόσον πληρούνται οι λειτουργικές απαιτήσεις άνεσης και εργονομίας.
- Όλες οι οικονομικές προσφορές θα συνοδεύονται από πλήρες και ευκρινές φυλλάδιο παρουσίασης (προσπέκτους) καθώς και τεχνικές προδιαγραφές. Σε περίπτωση που το προσφερόμενο είδος προκύπτει από τον συνδυασμό διαφόρων τυποποιημένων εξαρτημάτων "σειράς" από κατάλογο του κατασκευαστή, ο υποψήφιος Προμηθευτής πρέπει να δηλώνει ευκρινώς τους αντίστοιχους κωδικούς του καταλόγου.
- Θα κατατεθεί φύλλο συμμόρφωσης προς τις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές με αντίστοιχες παραπομπές στα πρωτότυπα prospectus του κατασκευαστικού οίκου ή και σε επίσημα φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου όπως product data, manual κ.λ.π
- Το νοσοκομείο έχει δικαίωμα να ζητήσει πρόσθετα τεχνικά στοιχεία και δείγματα για τα προσφερόμενα είδη σε οποιοδήποτε στάδιο του διαγωνισμού. Η προσκόμιση, αποστολή, επιστροφή των ειδών προς εξέταση γίνεται με κίνδυνο και δαπάνη του υποψηφίου Προμηθευτή.
- Το νοσοκομείο έχει δικαίωμα να απορρίψει οικονομική προσφορά για λόγους πέραν από το ύψος της βασιζόμενο σε κριτήρια γενικότερης εμφάνισης, αντοχής και ποιότητας φινιρίσματος, είτε σε κριτήρια τα οποία προκύπτουν έπειτα από την άμεση αντίληψη και επί τόπου εξέταση των προσφερομένων ειδών.

- Στην οικονομική προσφορά συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια, η μεταφορά στο σημείο ακριβώς που θα υποδειχθεί, η συναρμολόγηση, η τυχόν προσωρινή αποθήκευση, νεκροί χρόνοι και γενικά κάθε είδους παράπλευρη δαπάνη. Επίσης συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα μικροεξαρτήματα, υλικά συνδέσεων, μικροεργασίες και μικροϋλικά επί τόπου της θέσης εγκατάστασης. Τα είδη παραδίδονται αποσυσκευασμένα και πλήρως συναρμολογημένα, τα δε υλικά συσκευασίας απομακρύνονται από τον Προμηθευτή.
- Στην επιλογή των ειδών βαρύνουσα γνώμη έχει το ΤΕΠ και η Νοσηλευτική Υπηρεσία. Προσφερόμενα είδη τα οποία δεν θα είναι τεκμηριωμένα αποδεκτά από το ΤΕΠ ή τη Νοσηλευτική Υπηρεσία, θα απορρίπτονται.
- Παραδοτέα τα οποία κατά την παράδοση διαπιστωθεί ότι αποκλίνουν ουσιωδώς από τα εγκεκριμένα τεχνικά χαρακτηριστικά ή παρουσιάζουν εμφανή και αδικαιολόγητη δυσλειτουργία (π.χ προβληματικοί τροχοί) δεν θα γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται με δαπάνες του Προμηθευτή.
- Ως χρόνος παράδοσης των παραπάνω ειδών ορίζονται οι **30** εργάσιμες ημέρες.
- Δημοσίευση των προδιαγραφών αυτών ισοδυναμεί με αποδοχή τους από το ΤΕΠ και τη Νοσηλευτική Υπηρεσία.

Για την Τεχνική Υπηρεσία
Α. Κατσαράκης