

ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

<u>A/A</u>	<u>ΚΩΔΙΚΟΣ</u>	<u>ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ</u>
1	291304	Φλεβική κάνουλα διπλού επιπέδου μηριαίας φλέβας. Να είναι από PVC ή σιλικόνη ευθεία 25-29 FR με σπείραμα και μήκος έως 70cm. Να έχει οδηγό σύρμα και θηκάρι.
2	291594	Να είναι από PVC ή σιλικόνη, να έχει την δυνατότητα διαδερμικής τοποθέτησης. Να έχει διάμετρο 17-21 FR μήκος ως 45cm, επιμηκυμένο σώμα με σπείρωμα. Να συνοδεύεται από σετ εισαγωγής με διαστολείς οδηγό σύρμα τοποθέτησης. Να φέρει ενσωματωμένο συνδετικό 3/8 με luer lock.
3		1 Σύριγγα 1ml S/L 1 Σύριγγα 5 ml S/L 1 Σύριγγα 10ml S/L 1 Σύριγγα 20ml S/L 1 Νυστέρι Νο 11 με λαβή 60 Κομπρέσες 10x20cm 1 Κάλυμμα τραπεζιού 150x200cm 4 Πετσέτες 40x40 2 Μπλούζες χειρουργείου ενισχυμένες XL 1 PE κάλυμμα στρογγυλό 80x80cm 2 Λεκάνες 250ml 2 Λεκάνες 500ml 1 Πεδίο αγγειογραφίας 220x320cm με 4 οπές 1 Βελόνα 18G 3 Βελόνα 21G 1 Συρραπτικό δέρματος με 35 κλιπς μιας χρήσεως. ΔΕΙΓΜΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ
4		7η Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΜΜ. Ν. ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗΣ Μ.D, Ph.D ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΤΩΝ ΑΜΚΑ. 19126003292 - Α.Μ. ΤΙΔΥ. 63897