

Σύστημα μη-επεμβατικής παρακολούθησης αιμοδυναμικών παραμέτρων

Ζεύγη ηλεκτροδίων για μη-επεμβατική αιμοδυναμική παρακολούθηση του ασθενούς. Να δίνει την δυνατότητα έγκαιρης, ασφαλούς αλλά και συνεχούς διάγνωσης της επίδρασης χορήγησης υγρών στον ασθενή καθώς και να παρέχει πληροφορίες για τα: SV, SVI, CO, CI, CP, CPI, SVV, TPR, TPRI, HR, VET, DO2I, MAP, SpO2, TFC, TFCd0. Τα ηλεκτρόδια να φέρουν αγώγιμη γέλη που να επιτρέπει την καλύτερη δυνατή πρόσφυση στο δέρμα του ασθενούς ώστε μέσω αυτών να γίνεται η μέτρηση της ροής του αίματος που εξέρχεται από την καρδιά προς την περιφέρεια με την μέθοδο bio reactance.

Να παραχωρείται το κατάλληλο μόνιτορ για την παρακολούθηση όλων των παραπάνω αιμοδυναμικών παραμέτρων

ΖΑΧΑΡΗΣ Α. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΥ
Π.Α.Γ.Ν.Η. - Α.Μ. ΤΣΑΥ: 75659
ΑΜΚΑ: 21124609259

ΠΡΟΣΤ. Μ.Ε.Π.Κ.
ΠΑΡΗΧ