

A17.543

ΦΛΕΒΙΚΗ ΚΑΝΟΥΛΑ ΔΙΠΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 32/40Fr (ΚΩΔ: 324015)

Να είναι από PVC ή σιλικόνη. Να έχουν στο τελικό τους άκρο 6-10 cm με λεπτότερη διάμετρο και πολλαπλές πλευρικές οπές στην κορυφή του, ενώ ακολουθούν 4-6 κυκλοτερείς οπές (2^ο επίπεδο) με ευρύτερη διάμετρο. Να έχουν σπείραμα με μήκος ως 40 cm. Να φέρει ενσωματωμένο συνδετικό 1/2. Να παρέχεται στο μέγεθος 32/40 Fr.

TEM: 80

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΘΟΡΑΚΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΝΤΑΣ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑ.Γ.Ν.Α.
ΑΘ. ΤΕΛΑΥ. ΓΕ.Π.Α.3 - ΑΡΧ.ΚΑ: 28066700660

ΦΛΕΒΙΚΗ ΚΑΝΟΥΛΑ ΔΙΠΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 34/46Fr (ΚΩΔ: 324016)

Να είναι από PVC ή σιλικόνη. Να έχουν στο τελικό τους άκρο 6-10 cm με λεπτότερη διάμετρο και πολλαπλές πλευρικές οπές στην κορυφή του, ενώ ακολουθούν 4-6 κυκλοτερείς οπές (2^ο επίπεδο) με ευρύτερη διάμετρο. Να έχουν σπείραμα με μήκος ως 40 cm. Να φέρει ενσωματωμένο συνδετικό 1/2. Να παρέχεται στο μέγεθος 34/46 Fr.

TEM: 40

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟ-ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΣΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΑΤ.Ν.Ε.
ΟΔ. ΠΕΛΑΓ. 325 Τ.Κ. 11527 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210 3635000

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΜΑΛΑΚΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ (ΚΩΔ. 324025)

Να είναι από σιλικόνη, με μεταλλικό σπείραμα στο κάτω άκρο επενδεδυμένο με PVC. Να έχει μήκος ως 40cm και να φέρει ενσωματωμένο συνδετικό 1/4.

ΤΕΜ: 20

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟ-ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΕΠΙΘΕΚΑΡΔΙΟ-ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΓΚΑΛΗΣ
ΟΠ. ΤΣΑΥ: 55.11.1974 ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

Α17. 543

ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ "Υ" (ΚΩΔ.:282139)

Να έχουν μήκος 3cm. Να είναι στις διαστάσεις $1/4 \times 1/4 \times 1/4$

Τεμάχια 40.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΑ.Σ.Ε.Χ.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ