

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΥΣΤΕΟΣΚΟΠΙΟ

1. Όλα τα προσφερόμενα θα πρέπει να είναι του ίδιου οίκου με τα υπάρχοντα σετ εργαλείων STORZ, του νοσοκομείου, ή απολύτως συμβατά και να συνεργάζονται με τα υπάρχοντα.
2. Σε περίπτωση προσφοράς συμβατών ειδών και εργαλείων άλλου κατασκευαστή, να διατεθούν τα είδη στο νοσοκομείο προς δειγματισμό, ώστε να ελεγχθεί η συμβατότητά τους με τα υπάρχοντα εργαλεία STORZ.
3. Να έχουν εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός (1) έτους .
4. Όλα τα αναφερόμενα τεχνικά χαρακτηριστικά να βεβαιώνονται από τα επίσημα φυλλάδια του οίκου είτε από βεβαιώσεις του οίκου.
5. Όλα τα προσφερόμενα θα πρέπει να φέρουν CE Mark πιστοποιημένο από επίσημο φορέα.
6. Σε περίπτωση προσφοράς διαφορετικού οίκου από τα σετ, να διατεθεί δείγμα προς αξιολόγηση της συμβατότητας μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής, επί ποινή αποκλεισμού.
7. Όλα τα προσφερόμενα να αποστειρώνονται σε κλίβανο ατμού (autoclavable), στους 134°C.

Θήκη Κυστεοσκοπίου με obturator

Θήκη Κυστεοσκοπίου-Ουρηθροσκοπίου, 22 Fr., με πρόσθετη υποδοχή, κωδικός χρώματος: μπλε, που αποτελείται από: 27026BB Θήκη & 27026BO Obturator

Γέφυρα Τηλεσκοπίου 2 κανάλια

Γέφυρα Τηλεσκοπίου, με 2 κανάλια που κλειδώνουν

Λαβίδα Σύλληψης

Λαβίδα σύλληψης, για αφαίρεση ξένων σωμάτων, 7 Fr. σιαγόνες διπλής δράσης, εύκαμπτες, μήκους 40 cm

ΟΠΤΙΚΗ 30°

4. Να προσφερθεί ουρολογική οπτική πλευρική οράσεως 30°,
 1. Να είναι διαμέτρου 4χιλ., και μήκους 30εκ., με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
 2. Να διαθέτει ραβδόμορφους φακούς, μετάδοσης εικόνας, μεγεθυμένης απεικόνισης.
 3. Η μετάδοση φωτισμού να γίνεται μέσω οπτικών ινών.
 4. Να αποστειρώνεται σε υγρό κλίβανο – Autoclavable.
 5. Να διαθέτει ενσωματωμένους αντάπτορες για σύνδεση με καλώδια ψυχρού φωτισμού διάφορων κατασκευαστών, όπως STORZ, OLYMPUS, ACMI, WOLF, κλπ..

6. Να διαθέτει υψηλής ποιότητας αντιανακλαστικό επίχρισμα για εξαιρετική απεικόνιση.
7. Ο προσοφθάλμιος φακός να είναι από αντιχαρακτικό κρύσταλλο ζαφειριού.
8. Να είναι υψηλής αντίθεσης και υψηλής ευκρίνειας, κατάλληλη για χρήση με κάμερα υψηλής ανάλυσης full HD και 4K.
9. Να διαθέτει χρωματική κωδικοποίηση για εύκολη αναγνώριση της γωνίας οράσεως
10. Να κατατεθεί αναλυτικός πίνακας συμμόρφωσης με παραπομπές, και επίσημα φυλλάδια του κατασκευαστή.
11. Προσφορές που δεν συνοδεύονται από πίνακα συμμόρφωσης με παραπομπές και επίσημα φυλλάδια θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Δίσκος συρμάτινος για αποστείρωση

Δίσκος συρμάτων, για καθαρισμό, αποστείρωση και αποθήκευση ενός άκαμπτου ενδοσκοπίου, συμπεριλαμβανομένης βάσης για προσαρμογείς φωτός, βάσεις τηλεσκοπίου σιλικόνης και καπάκι, εξωτερικές διαστάσεις (w x d x h): 430 x 65 x 52 mm, για χρήση με άκαμπτα ενδοσκόπια με διάμετρο έως 10 mm, και μήκος εργασίας 34 cm

Οποσδήποτε θα πρέπει:

1. Η συσκευή να προσφέρεται με όλα τα απαραίτητα καλώδια σύνδεσης και λοιπά εξαρτήματα έτσι ώστε να είναι έτοιμη προς χρήση χωρίς να απαιτείται η αγορά επιπλέον εξαρτημάτων.
2. Κατά την παράδοση, να δοθούν τα Εγχειρίδια Χρήσεως (Operation Manual) της συσκευής στα Ελληνικά και το Service Manual στα Ελληνικά/Αγγλικά και να γίνει εγκατάσταση καθώς και επίδειξη/εκπαίδευση στους χρήστες για τη χρήση αυτής.
3. Να πληρεί τις προδιαγραφές ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4. Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να φέρει σήμανση CE (να κατατεθούν τα σχετικά πιστοποιητικά).
5. Ο προμηθευτής πρέπει να πληροί τις διατάξεις της Υπουργικής απόφασης ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348 «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων» (ΦΕΚ 32/Β/16.01.2004) και να έχει πιστοποιημένο σύστημα ποιότητας κατά ISO 9001 ή ISO 13485 για τη διανομή και την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Για το λόγο αυτό στις προσφορές θα πρέπει να υπάρχουν συνημμένα έγκυρα πιστοποιητικά κοινοποιημένου οργανισμού από τα οποία να προκύπτει ότι πληρούνται οι όροι της παρούσας παραγράφου.
6. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό να είναι ενταγμένοι σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάσει του Π.Δ 117/2004(ΦΕΚ 82Α) και Π.Δ 15/2006(ΦΕΚ 12Α) σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/108.

7. Θα πρέπει να υπάρχει στην Ελλάδα μόνιμο, πλήρες και οργανωμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης, με κατάλληλα καταρτισμένο τεχνικό προσωπικό, πιστοποιημένο και εξουσιοδοτημένο από τον κατασκευαστικό οίκο για την επισκευή και συντήρηση της προσφερόμενης συσκευής. Να γίνει περιγραφή του τμήματος τεχνικής υποστήριξης (διεύθυνση έδρας, εμπειρία, στελέχωση προσωπικού κλπ). Να κατατεθούν τα πιστοποιητικά εκπαίδευσης του προσωπικού από τον κατασκευαστικό οίκο της συσκευής. Θα εκτιμηθεί αν υπάρχει τμήμα τεχνικής υποστήριξης στην Κρήτη.
8. Να καλύπτεται με εγγύηση (2) δύο ετών τουλάχιστον.
9. Να καλύπτεται από ανταλλακτικά και service για (10) δέκα έτη τουλάχιστον.
10. Ο χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης να είναι εντός (60) εξήντα ημερών από την παραγγελία.
11. Να δοθεί κατάλογος με τις απαιτούμενες προληπτικές συντηρήσεις καθώς και τιμοκατάλογος των πιθανών αναλώσιμων ανταλλακτικών που απαιτούνται για την χρονική περίοδο μετά την λήξη της εγγύησης του μηχανήματος.
12. Η προσφορά να συνοδεύεται από φύλλο συμμόρφωσης στις τεχνικές προδιαγραφές, με σχετικές παραπομπές στα εγχειρίδια του μηχανήματος.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Κ. ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
Πα.Γ.Ν. Η. Α. Μ. Α. 92869
Α.Μ.Κ.Α. 1765/001178

Ε. ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ