ΚΩΔ: 52386

ΑΠΟΦΑΣΗ 628/9-6-2022

Πιεζόμενο κλείστρο για άμεση διακοπή της ροής, πριν το ρυθμιστή ροής.

Ρυθμιστή ροής υψηλής ακρίβειας, ασφαλείας και αξιοπιστίας τριών μερών.

Ο ρυθμιστής ροής να φέρει διαβαθμίσεις και δυνατότητα χορήγησης από 5 ml/h έως 250 ml/h με την βαρύτητα.

Ρυθμιστή ροής κοντά στον φλεβοκαθετήρα ώστε μετά τη δημιουργία καμπύλης ασφαλείας του σωλήνα να αποτρέπεται η τυχαία η σκόπιμη παρεμβολή του ασθενούς στην αλλαγή της ρύθμισης ροής με δυο χέρια.

Πλάγια διακλάδωση τύπου "γ" (μετά το ρυθμιστή ροής) με διάφραγμα από πολυισοπροπυλένιο για επείγουσες χορηγήσεις.

Σωλήνα ευρέως αυλού που καταλήγει σε ελεύθερα περιστρεφόμενο luer lock για ασφαλή σύνδεση με τον καθετήρα διασφαλίζοντας ότι οι κινήσεις της συσκευής χορήγησης δεν μεταδίδονται στον φλεβοκαθετήρα.

Μήκος συσκευής > 220 cm. Όγκο εξαέρωσης < 14 ml.

Να είναι μιας χρήσης, στείρα, ελεύθερη πυρετογόνων, ελεύθερη latex (latex free) και ελεύθερη πλαστικοποιητών (dehp free).