ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1	346506	Καθετήρας ενδοαγγειακής απεικόνισης υψηλής ευκρίνειας μέσω οπτικής ίνας με το σύστημα της οπτικής συνεκτικής τομογραφίας (OCT). Με δυνατότητα καταγραφής 180 frames per sec απεικονίζει 54mm σε λιγότερο από 3 second δίνοντας εικόνες πολύ υψηλής ανάλυσης ώστε να μπορεί εύκολα και γρήγορα να διαγνωστεί η ύπαρξη θρόμβου, η σύσταση και το μέγεθος της βλάβης καθώς επίσης και η σωστή έκπτυξη του stent με απόλυτη ακρίβεια. Διαθέτει ακτινοσκιερούς δείκτες (markers) στο άπω άκρο (tip), στο φακό απεικόνησης (imaginglens) και 50 mm πριν το φακό οι οποίοι μετακινούνται κατα την διάρκεια της απόσυρσης για την εκτίμηση της καταγραφής.
2	286390	Μπαλόνια αγγειοπλαστικής με οδηγό σύρμα OTW 0,035'', με ειδικούς markers κάθε 1cm σχεδιασμένους πάνω στον καθετήρα για την ορθή τοποθέτηση του μπαλονιού,μειώνοντας έτσι την ανάγκη πολλαπλών ακτινοσκοπήσεων. Να διαθέτει τεχνολογία με ειδική συμπίεση σημείων(CheckerFlex) για καλύτερη προωθητικότητα και ευελιξία του μπαλονιού στις αρτηρίες. Να διατίθεται σε καθετήρα 75cm και 130cm και σε διαμέτρους από 3mm μέχρι 12mm και μήκος έως 300mm.
3		
4		
5		

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ MD, PhD, FESC
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΑΜΚΑ: 07026303156 - Α.Μ. ΤΕΑΥ: 21668