ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1	404671	Πλέγμα περιορισμού Στεφανιαίου Κόλπου το οποίο να τοποθετείται διαδερμικά και διακαθετηριακά μέσω του δεξιού κόλπου, προς βελτίωση της αιμάτωσης του μυοκαρδίου. Το πλέγμα να έχει τις ακόλουθες διαστάσεις : • Συνολικό μήκος πλέγματος : **22.00** mm • Εξωτερική Διάμετρος εγκύς άκρου stent: **13.3** mm • Εξωτερική Διάμετρος Λαιμού stent: **3.00** mm • Εξωτερική Διάμετρος άπω άκρου stent: **10.7** mm Στο κιτ εισαγωγής να περιλαμβάνονται: • το πλέγμα, το οποίο να βρίσκεται προφορτωμένο πάνω σε καθετήρα-μπαλόνι για εύκολη τοποθέτηση. • 9F ευθύς οδηγός καθετήρας. • 9F περιστρεφόμενη αιμοστατική βαλβίδα.
2	284293	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΝΔΟΑΓΓΕΙΑΚΗΣ-ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ-ΜΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ {ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ CTH 5FR ΚΑΙ 60MHZ}
3	280160	Οδηγά σύρματα μέτρησης ενδοστεφανιαίας πίεσης FFR-IFR. Να είναι κατασκευασμένα από εννιαίο πυρήνα, να παρέχουν τη δυνατότητα μέτρησης spot και pullback στεφανιαίας εφεδρείας IFR χωρίς τη χρήση αδενοσίνης. Να είναι συμβατά με λογισμικό ταυτόχρονης συνεγγραφής φυσιολογίας-στεφανιογραφίας.
4		
5		

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΑΛΙΩΡΗΣ MD, PhD, FESC
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Πα.Γ.Ν.Η.
ΑΜΚΑ: 09076303[illegible] - Α.Μ. ΤΣΑΥ: 71660