Αιματολογική

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ
ΚΛΙΝΙΚΗ
Δ/ΝΤΡΙΑ: Ε.ΠΑΠΑΔΑΚΗ
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
Πληροφορίες: 2810-392344
Ταχ. Δ/νση: 711 10 Βούτες Ηρακλείου
Ταχ. Θυρίδα: 1352

Βαθμός Προτεραιότητας

Ηράκλειο, 14/1/2026

ΑΡ:

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ 3 WAY ΜΕ 2 ΔΙΠΛΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Προέκταση από πολυουρεθάνη υψηλών πιέσεων 3 οδών, εκ των οποίων οι 2 να είναι μονής κατεύθυνσης:.

- Η Προέκταση να είναι PVC-free τουλάχιστον στα εσωτερικά μέρη του, όπου έρχονται σε επαφή με υγρά.
- Ο κάθε αυλός να φέρει διάφανη αντιμικροβιακή βαλβίδα ασφαλείας ουδέτερης μετατόπισης για δυνατότητα οπτικού ελέγχου.
- Ο κάθε αυλός να φέρει διαφορετικά χρωματικά διακόπτη ροής για εύκολη χειροκίνητη διακοπή της ροής.
- Οι δύο αυλοί να διαθέτουν και βαλβίδα μονής αντεπιστροφής, ενώ ο τρίτος να έχει τη δυνατότητα αναρρόφησης.
- Το σημείο ένωσης των 3 αυλών να καταλήγει σε αρσενικό luer lock άκρο με περιστρεφόμενο δακτύλιο σύνδεσης και αντιμικροβιακό πώμα εξαέρωσης.
- Ο Καθετήρας να μην περιλαμβάνει καθόλου μεταλλικά μέρη και να είναι ανθεκτικός, στη χορήγηση λιιδίων και κατάλληλα για χημειοθεραπευτικά φάρμακα.
- Να είναι συνολικού μήκους7cm και να είναι κατάλληλο για δυναμική 350ml/min σε χρήση με έγχυση βαρύτητας αλλά και με αντλία.
- Να είναι ανθεκτικό σε χρήση έως 7 ημέρες.
- Να είναι DEHP free και , LATEX free
- Όγκος εξαέρωσης 0,31ml.
- Πιέσεις 2bar/29psi.

Η Δ/ντρια

Ε.ΠΑΠΑΔΑΚΗ

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

Η Προϊσταμένη

ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ Π

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

7ηΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ
ΚΛΙΝΙΚΗ
Δ/ΝΤΡΙΑ: Ε.ΠΑΠΑΔΑΚΗ
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
Πληροφορίες: 2810-392344
Ταχ. Δ/νση: 711 10 Βούτες Ηρακλείου
Ταχ. Θυρίδα: 1352

Βαθμός Προτεραιότητας

Ηράκλειο, 14/1/2026

ΑΡ:

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΕΤ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ

Προδιαγραφές σετ χορήγησης φαρμάκων και υγρών, μέσω ηλεκτρονικής αντλίας που να διαθέτει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:

1. Ρύγχος διάτρησης με αεραγωγό με αντιβακτηριακό φίλτρο και πώμα.
2. Διαφανής εύκαμπτος σταγονοθάλαμος με φίλτρο κατακράτησης αέρα και δυσδιάλυτων ουσιών 4μm στο κάτω μέρος του σταγονομετρικού θαλάμου(από υλικό που αποτρέπει την εισροή αέρα στο σετ, μετά το τέλος του υγρού).
3. Ολισθαίνων κλείστρο για ρύθμιση ή διακοπή της ροής.
4. Ενσωματωμένο μη αποσπώμενο εξάρτημα ασφαλείας για την προστασία από την ελεύθερη ροή.
5. Πλάγια διακλάδωση τύπου «Y»,χωρίς τη χρήση βελόνης για αντιμικροβιακή προστασία.
6. Περιστρεφόμενη αρσενική σύνδεση Luer Lock με υδρόφοβο πώμα για προστασία από μολύνσεις.
7. Συνολικό μήκος συσκευής 265 cm και όγκο πλήρωσης: 27ml.
8. Σε ατομική συσκευασία, αποστιρρωμένη με αιθυλενοξείδιο, DEHP-free, Latex-free
9. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην αντλία για 96 ώρες.

Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε στείρο πεδίο.

Η ηλεκτρονική αντλία να έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Να έχει Ελληνικό μενού να είναι Class II για προστασία από ηλεκτροπληξία, να έχει πιστοποίηση τουλάχιστον IP22 για ολόκληρο το μηχάνημα, να λειτουργεί χωρίς τη χρήση εξωτερικού μετασχηματιστή και να έχει δυνατότητα ροής έως 1500ml/h. Να διαθέτει εσωτερική μπαταρία που να εξασφαλίζει λειτουργία της αντλίας για τουλάχιστον 8 ώρες σε ροή 25ml/h και να φορτίζει ανεξαρτήτως ροής λειτουργίας. Να διαθέτει ειδοποίηση για πτώση πίεσης στη γραμμή έγχυσης (αποσύνδεση ασθενή) και δυνατότητα απενεργοποίησης του KVO. Το βάρος της να είναι μικρότερο των 2kg και να διαθέτει φυσικά πλήκτρα ρύθμισης ροής για ευχρηστία. Να διαθέτει ρύθμιση του ορίου συναγερμού φραγής σε βήματα των 50 mm Hg στο εύρος από 50-750 mmHg.

Η Δ/ντρια

Ε.ΠΑΠΑΔΑΚΗ

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

Η Προϊσταμένη

ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ Π

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ
Γ Ν Η. -ΓΝ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ»

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ
ΚΛΙΝΙΚΗ
Δ/ΝΤΡΙΑ: Ε.ΠΑΠΑΔΑΚΗ
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

Πληροφορίες: 2810-392344
Ταχ. Δ/νση: 711 10 Βούτες Ηρακλείου
Ταχ. Θυρίδα: 1352

Βαθμός Προτεραιότητας

Ηράκλειο, [illegible]

ΑΡ: 1411126

ΠΡΟΣ: ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Συσκευή μετάγγισης αίματος και παραγώγων από ασκό για χορήγηση μέσω ηλεκτρονικής ογκομετρικής αντλίας.

Προδιαγραφές συσκευές αίματος:

- Να φέρει ρύγχος διάτρησης με προστατευτικό κάλυμμα χωρίς αεραγωγό για ασκούς αίματος σύμφωνα με 150113/4.
- Να διαθέτει διαφανής σταγονοθάλαμο με φίλτρο αίματος 200μ (επιφανείας > 10cm^2).
- Να καταλήγει σε αρσενικό σύνδεσμο Luer Lock
- Το μήκος της συσκευής να είναι 285 cm
- Ο όγκος πλήρωσης της συσκευής να είναι 25 ml
- Η συσκευή να έχει μη αποσπώμενο, πλήρως ενσωματωμένο κλιπ προστασίας από την ελεύθερη ροή.
- Η συσκευή να είναι αποστειρωμένη με αιθυλονοξείδιο
- DEHP –Free, Latex-free.

Η ηλεκτρονική αντλία να έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Να έχει Ελληνικό μενού, να είναι CLASS II , για προστασία από ηλεκτροπληξία, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία περί 1/Π (CE) να έχει πιστοποίηση τουλάχιστον IP22 για ολόκληρο το μηχάνημα, να λειτουργεί χωρίς τη χρήση εξωτερικού μετασχηματιστή και να έχει δυνατότητα ροής έως 1500ml/h. Να διαθέτει εσωτερική μπαταρία που να εξασφαλίζει λειτουργία της αντλίας για τουλάχιστον 8 ώρες σε ροή 25ml/h και να φορτίζει ανεξαρτήτως ροής λειτουργίας
Να διαθέτει ειδοποίηση για πτώση πίεσης στη γραμμή έγχυσης (αποσύνδεση ασθενή) και δυνατότητα απενεργοποίησης του KVO. Το βάρος της να είναι μικρότερο των 2kg και να διαθέτει φυσικά πλήκτρα ρύθμισης ροής για ευχρηστία.

Η Δ/ντρια

Ε.ΠΑΠΑΔΑΚΗ
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

Η Προϊσταμένη

ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ Π