ΤΕΙ ΥΠΟΓΕΙΟΥ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ: 272067

ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΗ OLYMPUS.

1. Να έχει ισχυρή καθαριστική δράση για αποτελεσματικό καθαρισμό των ευκάμπτων ενδοσκοπίων σε χαμηλή θερμοκρασία έως 40°C.
2. Στην σύνθεσή του να περιέχει 5 - 15 % ανιονικά τασενεργά, γλυκόλες, ενισχυτικό διαλυτότητας και ενισχυτικό καθαρισμού ώστε να εξασφαλίζεται ο πλήρης καθαρισμός και η προστασία των ενδοσκοπίων.
3. Να παρέχει βέλτιστη δράση καθαρισμού σε δοσολογία 6ml/lt (0,6%) σύμφωνα με τις προδιαγραφές των πλυντηρίων.
4. Να είναι κατάλληλο και απόλυτα συμβατό με τον αυτόματο απολυμαντή ευκάμπτων ενδοσκοπίων του οίκου OLYMPUS ο οποίος είναι εγκατεστημένο στο τμήμα Ενδοσκοπήσεων του νοσοκομείου, ώστε να εξασφαλίζεται η άρτια απολύμανση των ευκάμπτων ενδοσκοπίων και η ενδεδειγμένη λειτουργία του πλυντηρίου. Να κατατεθεί πρωτότυπη δήλωση-πιστοποίηση συμβατότητας του προσφερόμενου απολυμαντικού υγρού με τα πλυντήρια του οίκου OLYMPUS, από τον οίκο κατασκευής του πλυντηρίου.
5. Να είναι συμβατό για χρήση σε εύκαμπτα ενδοσκόπια. Να είναι φιλικό προς το χρήστη, προς τα υλικά κατασκευής τόσο των ενδοσκοπίων όσο και του πλυντηρίου εξασφαλίζοντας τον άρτιο καθαρισμό τους και την προστασία τους από πιθανές φθορές.
6. Να φέρει σήμανση CE.
7. Να διατίθεται σε δοχείο των 5 λίτρων
8. Τα προσφερόμενα είδη Α, Β και Γ να είναι του ιδίου κατασκευαστικού οίκου, και θα αξιολογηθούν από κοινού, για λόγους συμβατότητας με τον αυτόματο απολυμαντή ευκάμπτων ενδοσκοπίων του οίκου OLYMPUS ο οποίος είναι εγκατεστημένο στο τμήμα Ενδοσκοπήσεων του νοσοκομείου.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ Θ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΑΘΗΝΩΝ Ι.Φ.Κ.Ν.Η.
ΑΜ.Κ.Α. 2607201843

ΤΕΙ ΥΠΟΓΕΙΟΥ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ: 272068

ΥΓΡΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΗ OLYMPUS.

1. Να είναι υγρός ενεργοποιητής για χρήση σε συνδυασμό με το προσφερόμενο απολυμαντικό υγρό (Α), ώστε να εξασφαλίζεται ουδέτερο pH και προστασία των ευκάμπτων ενδοσκοπίων.
2. Στην σύνθεσή του να περιέχει <5 % Υδροξείδιο του Νατρίου και Φωσφορικό άλας, και να δρα συνδυαστικά με το προσφερόμενο απολυμαντικό υγρό (Α) σε χαμηλή θερμοκρασία 35°C.
3. Να παρέχει βέλτιστη δράση σε δοσολογία 12ml/lt (1,2%) σύμφωνα με τις προδιαγραφές των πλυντηρίων.
4. Να είναι κατάλληλος και απόλυτα συμβατό και απόλυτα συμβατό με τον αυτόματο απολυμαντή ευκάμπτων ενδοσκοπίων του οίκου OLYMPUS ο οποίος είναι εγκατεστημένο στο τμήμα Ενδοσκοπήσεων του νοσοκομείου, ώστε να εξασφαλίζεται η άρτια απολύμανση των ευκάμπτων ενδοσκοπίων και η ενδεδειγμένη λειτουργία του πλυντηρίου. Να κατατεθεί πρωτότυπη δήλωση-πιστοποίηση συμβατότητας, του προσφερόμενου απολυμαντικού υγρού με τα πλυντήρια του οίκου OLYMPUS, από τον οίκο κατασκευής του πλυντηρίου.
5. Να είναι συμβατός για χρήση σε ευκαμπτα ενδοσκόπια. Να είναι φιλικός προς το χρήστη, προς τα υλικά κατασκευής τόσο των ενδοσκοπίων όσο και του πλυντηρίου εξασφαλίζοντας τον άρτιο καθαρισμό τους και την προστασία τους από πιθανές φθορές.
6. Να φέρει σήμανση CE.
7. Να διατίθεται σε δοχείο των 5 λίτρων.
8. Τα προσφερόμενα είδη Α, Β και Γ να είναι του ιδίου κατασκευαστικού οίκου, και θα αξιολογηθούν απο κοινού, για λόγους συμβατότητας με τον αυτόματο απολυμαντή ευκάμπτων ενδοσκοπίων του οίκου OLYMPUS ο οποίος είναι εγκατεστημένο στο τμήμα Ενδοσκοπήσεων του νοσοκομείου.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ Μ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ
ΚΛΙΝΙΚΗ Π.Γ.Ν.Π.
Α.Μ.Κ.Α. 2[illegible]01943

ΤΕΙ ΥΠΟΓΕΙΟΥ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ: 272066

ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΗ OLYMPUS.

1. Να είναι κατάλληλο για την υψηλού βαθμού απολύμανση ευκάμπτων ενδοσκοπίων στον αυτόματο απολυμαντή ευκάμπτων ενδοσκοπίων του οίκου OLYMPUS ο οποίος είναι εγκατεστημένο στο τμήμα Ενδοσκοπήσεων του νοσοκομείου.
2. Στην σύνθεσή του να περιέχει Υπεροξικό Οξύ 1 - 5%, Υπεροξείδιο του Υδρογόνου (H_2O_2) 15-30% και Οξικό Οξύ, ώστε να εξασφαλίζεται η υψηλού βαθμού απολύμανση σε χαμηλή θερμοκρασία 35°C, σύμφωνα με τις προδιαγραφές λειτουργίας του πλυντηρίου.
3. Να εξασφαλίζει βέλτιστη δράση σε δοσολογία 12ml/lt (1,2%) σύμφωνα με τις του πλυντηρίου.
4. Να έχει ουδέτερο pH και να είναι φιλικό προς το χρήστη, προς τα υλικά κατασκευής των ενδοσκοπίων καθώς και του πλυντηρίου εξασφαλίζοντας προστασία από πιθανές φθορές.
5. Να είναι κατάλληλο και απόλυτα συμβατό με τον αυτόματο απολυμαντή ευκάμπτων ενδοσκοπίων του οίκου OLYMPUS ο οποίος είναι εγκατεστημένο στο τμήμα Ενδοσκοπήσεων του νοσοκομείου, ώστε να εξασφαλίζεται η άρτια απολύμανση των ευκάμπτων ενδοσκοπίων και η ενδεδειγμένη λειτουργία του πλυντηρίου. Να κατατεθεί πρωτότυπη δήλωση-πιστοποίηση συμβατότητας του προσφερόμενου απολυμαντικού υγρού με τα πλυντήρια του οίκου OLYMPUS, από τον οίκο κατασκευής του πλυντηρίου.
6. Να φέρει σήμανση CE.
7. Να διατίθεται σε δοχείο των 2,8 λίτρων.
8. Τα προσφερόμενα είδη Α, Β και Γ να είναι του ιδίου κατασκευαστικού οίκου, και θα αξιολογηθούν από κοινού, για λόγους συμβατότητας με τον αυτόματο απολυμαντή ευκάμπτων ενδοσκοπίων του οίκου OLYMPUS ο οποίος είναι εγκατεστημένο στο τμήμα του νοσοκομείου Ενδοσκοπήσεων.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ Μ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΚΛΙΝΙΚΗ Π.Γ.Ν.Α.
ΑΜΚΑ: 25017201843