ΠΡΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΠΟΛΥΑΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 3 ΠΑΡΟΧΩΝ

ΚΩΔ 273168

Συνδετικό τριών αυλών κατάλληλο για ταυτόχρονη χορήγηση τριών διαφορετικών υγρών-φαρμάκων και για χορήγηση παρεντερικής από κεντρικούς ή περιφερικούς καθετήρες, με αντοχή στα λιπίδια και χρήση ως 7 ημέρες.

Να είναι κατασκευασμένο από πολυουρεθάνη (PVC- free σε όλα τα μέρη του), DEHP free, LATEX free, μίας χρήσεως, αποστειρωμένο και όγκο πλήρωσης ≤ 0,44 ml.

Οι αυλοί να διαθέτουν:

1. εσωτερική διάμετρο 1,5 mm

2. εξωτερική διάμετρο 2,5 mm

3. clips on-off

4. διαφανή κατασκευή, ώστε να επιτρέπεται ο οπτικός έλεγχος

5. μήκος 5 έως 6 cm

6. πώμα κλειστού συστήματος πρόληψης λοιμώξεων (needle free port), μόνο για χορηγήσεις, κατάλληλο για χρήση σε δυναμική έγχυση CT αντοχής ≥ 350 psi

7. αντιμικροβιακή βαλβίδα μονής κατεύθυνσης-μη επιστροφής (back check valve)

Οι βαλβίδες ασφαλείας να εξασφαλίζουν το αυτόματο άνοιγμα/κλείσιμο των οδών κατά την σύνδεση/αποσύνδεση, και να μην περιλαμβάνουν μεταλλικά μέρη ώστε να είναι συμβατό με MRI. Το σημείο ένωσης των τριών αυλών να καταλήγει σε αρσενικό luer lock άκρο με περιστρεφόμενο δακτύλιο σύνδεσης και αεραγωγό πώμα.

Η ακρίβεια όλων των παραπάνω να αποδεικνύεται από παραπομπές σε φυλλάδια, εγχειρίδια του κατασκευαστικού οίκου.

Να κατατεθεί αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης (επί ποινή αποκλεισμού) με παραπομπές.

Απαιτείται δείγμα