Σύστημα εξαγωγής ενδοπρόθεσης πλήρους επικάλυψης κιρσορραγίας οισοφάγου

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Παρακαλώ πολύ όπως μου εγκρίνετε ως νέο υλικό το:

Σύστημα εξαγωγής ενδοπρόθεσης πλήρους επικαλυψης κιρσορραγίας οισοφάγου που να απαρτίζεται από :
-Καλώδιο αφαίρεσης εξωτερικής διαμέτρου 2,6 mm και μήκους 150 cm και overtube μήκους 100 cm και εξωτερικής διαμέτρου 28FR
- Να διασφαλίζει ατραυματική σύλληψη του stent - το stent να αφαιρείται πλήρως στο σωλήνα οδηγό (overtube) πριν από την τελική αφαίρεση, χωρίς να προκαλούνται αντιστάσεις στα τοιχώματα του οισοφάγου.
- Να έχει άριστη ακτινοσκιερότητα και να απαρτίζεται από καλώδιο κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα και φέρει ακτινοσκιερούς δείκτες στο overtube για ακριβή ορατότητα και ακτινοσκοπικό έλεγχο.
- Να αφαιρεί με ασφάλεια τα stents από την αρχική τους θέση ή τα stents που έχουν μεταναστεύσει στο στομάχι.
- Να εφαρμόζεται διαμέσω του ενδοσκοπίου (Through-the-scope) - το καλώδιο αφαίρεσης να είναι σχεδιασμένο κατά τέτοιο τρόπο ώστε να χρησιμοποιείται διαμέσω του αυλού εργασίας του ενδοσκοπίου τυπικής διαμέτρου (2.8 mm). Η θηλιά απόσυρσης του stent να "συλλαμβάνεται" μέσω του ειδικού γάντζου.
- Το Overtube να έχει μήκος 100 cm, διάμετρο9.4 mm (28 F) και να φέρει ακτινοσκιερό δείκτη στο άπω άκρο.
- Το καλώδιο να είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα, να έχει μήκος 150 cm, διάμετρο 2.6 mm, και να αποτελείται από ένα κεντρικό σύρμα με "γάντζο" σύλληψης και πλεκτό θηκάρι.
- Να παρέχει αποτελεσματική προστασία στο βλεννογόνο του οισοφάγου κατά την αφαίρεση της ενδοπρόθεσης
- Να δύναται να χρησιμοποιηθεί για την αφαίρεση των ενδοπροσθέσεων κιρσορραγίας του οισοφάγου