Καθετήρες αντιμικροβιακοί (ΚΦΠ- υποκλειδίου/σφαγίτιδος) τεσσάρων αυλών.

ΚΩΔ.:181670

Να είναι από πολυουρεθάνη και μοριακά ενοποιημένα ιόντων αργύρου (τεχνολογία AgION), τα οποία εκπέμπει βραδέως, εξωτερικά και εσωτερικά για αποφυγή biofilm και στο εσωτερικό των αυλών, αντί να είναι επικαλυμμένος μόνο εξωτερικά.
Να διατηρεί την αντιμικροβιακή του δράση για 30 ημέρες πλήρως σε μικρόβια και μύκητες >99,9%.
Να είναι 8,5Fr σε μήκη 16 και 20cm, με αυλούς 14,16,18 και 18G με ροές 93,49,18 και 13ml/min στα 16cm και 63,47,14 και 11ml/min στα 20cm.
Να είναι ακτινοσκιερός, βαθμονομημένος ανά εκατοστό σε σετ seldinger.
Το σώμα του καθετήρα να προστατεύεται από ειδικό περίβλημα φωτοπροστασίας στη συσκευασία. Ο προωθητής του συρμάτινου οδηγού-Nitinol να είναι τύπου thumbfeed.

Να είναι latex-free και DEHP-free, μιας χρήσεως αποστειρωμένοι.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ

ΣΑΜΑΡΙΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
RN, MPH, PhD
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΜΕΘ

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΔΙΠΛΟΙ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΒΡΟΓΧΙΚΩΝ ΕΚΚΡΙΜΑΤΩΝ
ΚΩΔ. 65897

Καθετήρες προστατευμένοι, ακτινοσκιεροί, διπλοί, για λήψη βρογχικού εκκρίματος για καλλιέργεια υπό άσηπτες συνθήκες .
Ο καθετήρας εισαγωγέας (εξωτερικός) να είναι από πολυαιθυλένιο, ακτινοσκιερός, εύρους 8Fr μήκους 60cm και να φέρει αυτοδιαλυόμενο πώμα πολυαιθυλενικής γλυκόλης .
Ο καθετήρας δειγματοληψίας (εσωτερικός) να είναι από PEBAX ,για υπακοή στον χειρισμό (torque control) εύρους 5Fr μήκους 65cm. Να διατίθενται με εργονομική λαβή ασφαλείας για αποφυγή πρόωρης εξώθησης της πολυαιθυλενογλυκόλης .
Να είναι Latex και DEHP free ,μιας χρήσης, αποστειρωμένοι.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ

ΣΑΜΑΡΙΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΧΗΜΙΚΟΣ PhD
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΜΕΘ

ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ-ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ (HI-LO), ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΟΜΕΝΟ ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ CUFF

ΚΩΔ.: 84766 – 84767- 64768 - 84769

•Να είναι από διάφανο θερμοευαίσθητο PVC υψηλής ποιότητας ώστε να είναι απόλυτα φιλικοί με το ανθρώπινο σώμα και να διευκολύνουν το εύκολο πέρασμα του καθετήρα αναρρόφησης.

•Να φέρουν ενσωματωμένο σωληνάκι που προσφέρει δυνατότητα αναρρόφησης των εκκρίσεων που συσσωρεύονται πάνω από το cuff.

•Να είναι σχετικά σκληροί για να μην κάμπτονται για εύκολη διασωλήνωση αλλά ο σωλήνας στους 37 βαθμούς να μαλακώνει και να αποκτά το απόλυτο ανατομικό σχήμα του ασθενούς.

• Το CUFF να είναι κατασκευασμένο από υλικό που αφενός δεν σπάει και αφετέρου εμφανίζει ευαισθησία ώστε να παρακολουθεί την αλλαγή της πίεσης κατά τη διάρκεια του αναπνευστικού κύκλου.

• Το CUFF να εξασφαλίζει αποτελεσματική εφαρμογή ακόμα και όταν επιλέγουμε μικρότερο νούμερο σωλήνα για γρήγορη διασωλήνωση. Το cuff στους σωλήνες από το No.7 έως το No.10 να έχει την ίδια εσωτερική διάμετρο.

• Όταν ξεφουσκώνει, το cuff να εφαρμόζει στενά γύρω από τον σωλήνα, διευκολύνοντας έτσι την διασωλήνωση και αποσωλήνωση, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τον κίνδυνο τραυματισμού.

• Το CUFF να ελέγχεται από πολύ ευαίσθητο οδηγό (PILOT) με άμεσο έλεγχο της πλήρωσής του και των διακυμάνσεων αυτής και ο δε σωληνίσκος που το φουσκώνει είναι ενσωματωμένος στον σωλήνα.

• Επάνω στον οδηγό (PILOT) πλήρωσής του CUFF αναγράφεται το νούμερο του σωλήνα για ευκρινή έλεγχο.

•Να φέρει ειδική γραμμή σήμανσης βάθους, σε απόσταση 3cm από το cuff που διευκολύνει την τοποθέτηση του άκρου του σωλήνα εντός της τραχείας

• Ακτινοσκιεροί BLUE LINE.

• Αποστειρωμένοι μιας χρήσης.

• Διατίθεται σε Να. 7-7,5-8-8,5

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ

ΣΑΜΑΡΙΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
RN, MPH, PhD
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΜΕΘ