Α17.451

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΛΑΒΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ (LIGASURE EXACT DISSECTOR, NANO-COATED)

1.Λαβίδα ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης και διατομής αγγείων έως και 7mm, με αυτόματη ολοκλήρωση του κύκλου απολίνωσης και τεχνολογία αντιληψης ιστού ωστε να αποφεύγεται η απανθράκωση των παρακείμενων ιστών.

2.Να είναι ενεργοποιούμενη από τη χειρολαβή η οποία να κλειδώνει και να έχει ξεχωριστή σκανδάλη μηχανικής κοπής για να υπάρχει επιλογή απολίνωσης ή και κοπής.

3.Να διαθέτει ενεργά άκρα, μήκους 20-22mm περίπου και κυριότητα ακρων 40 μοιρών περίπου.

4.Να διαθέτει ενεργά άκρα επικαλυμμένα με νανοβλικό, ώστε να είναι αντικολλητικά.

5.Να διαθέτει ενεργά άκρα με επίστρωση από κεραμικό υλικό, ώστε οι θερμικές βλάβες στους γύρω ιστούς να είναι σημαντικά μικρότερες

Επιπρόσθετα, ο προμηθευτής οφείλει:

Να διαθέτει την πλήρη νομική εγγύηση του κατασκευαστικού οίκου για τα προϊόντα που πωλεί.

Να διαθέτει εκπαιδευμένο προσωπικό και να παρέχει τεχνική υποστήριξη 24/365 σύμφωνα με τα τεχνικά και βιομηχανικά πρότυπα του κατασκευαστικού οίκου.

Να ενημερώνεται εγκαίρως σχετικά με κάθε ανάκληση προϊόντος ή διορθωτικό μέτρο ασφαλείας κατά τη χρήση καθώς και για κάθε έλλειψη αποθέματος.

Να παρέχει οδηγίες για την αποθήκευση και το χειρισμό των προϊόντων σε κατάλληλες συνθήκες/συσκευασίες και τον χειρισμό τους σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του κατασκευαστή.

Ο μειοδότης οφείλει να παρέχει στο Νοσοκομείο γεννήτρια-συνοδό εξοπλισμό τελευταίας γενιάς που λαμβάνει 20.000 εντολές ανά δευτερόλεπτο, γεγονός που καθιστα το μηχανημα πολυ ταχυτερο σε σχεση με τα αντίστοιχα μηχανήματα παλαιότερης γενιάς.

Τα παραπάνω να αποδεικνύονται με την υπόδειξη των αντίστοιχων εγγράφων που εκδίδονται από τον κατασκευαστικό οίκο.