ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1	292724	Εμφυτευόμενος απινιδωτής μίας κοιλότητας τύπου VVIR, με γεννήτρια μακράς διάρκειας ζωής >18,5 έτη, με θύρα σύνδεσης τεχνολογίας DF-4, ειδικής κατασκευής για να είναι ασφαλής σε ολόσωμη μαγνητική τομογραφία 1,5 και 3T , με αισθητήρα ανίχνευσης μαγνητικών πεδίων για δυνατότητα AUTOMRImode. Συμβατότητα με μαγνητικούς τομογράφους 1,5 και 3 Tesla χωρίς περιορισμούς στη ζώνη σάρωσης. AUTO-MRImode: Ο απινιδωτής να μπορεί να ρυθμιστεί για λειτουργία ασφαλούς μαγνητικής τομογραφίας ώστε να παραμένει σε κανονική λειτουργία και μόνο όταν ο ασθενής βρεθεί εντός του πεδίου του Μαγν. Τομογράφου περνάει αυτόματα σε MRI-mode. Όταν η μαγνητική τομογραφία τελειώσει να επανέρχεται αυτόματα σε κανονική λειτουργία και μην χρειάζεται κανένας άλλος επαναπρογραματισμός. Βασικά Χαρακτηριστικά: Διάρκεια ζωής τουλάχιστον 18,5 έτη . Να δίνεται εγγύηση καλής λειτουργίας 11 έτη. Η ονομαστική έξοδος του μέγιστου shock να είναι ≥42J, διαθέσιμη από το 1ο shock. Να έχει προγραμματιζόμενη πολικότητα απινίδωσης. Η συσκευή να μπορεί να προγραμματιστεί σε τρεις τουλάχιστον ζώνες θεραπείας Να επιτρέπειτηθεραπείακαρδιακούεπανασυγχρονισμούεντός της ζώνηςαρχήςVTώστενα διατηρηθεί η δυνατότητα άσκησης του ασθενούς, χωρίς να επηρεάζεται η ανίχνευση ή η θεραπεία Slow VT. Ο χρόνος φόρτισης να είναι <=10 sec στη μέγιστη ενέργεια. Να διαθέτει καταγραφή διαγνωστικών - στατιστικών στοιχείων. Προγράμματα ATP θεραπειών σε κάθε ζώνη. Β3.Να διαθέτει αισθητήρα προσαρμοζόμενης συχνότητας: Αισθητήρας μεταβολής της συχνότητας: Να υπάρχει ένας ή συνδυασμός των ακολούθων: Μετρητής επιτάχυνσης. Υπολογισμός αερισμού ανά λεπτό. Μετρητής επιτάχυνσης και «φυσιολογικός» αισθητήρας. Διαγνωστικές ικανότητες: Στη μνήμη να αποθηκεύονται επεισόδια ταχυκαρδίας και ενδοκοιλοτικό καρδιογράφημα τουλάχιστον 10min. Η συσκευή να έχει τρόπο βηματοδότησης post-shock Να μπορεί να εκτελέσει ουδό βηματοδότησης Δυνατότητα τηλεπαρακολούθησης και τηλεμετάδοσης δεδομένωνμε τεχνολογία Bluetooth. Να έχει θύρα σύνδεσης τεχνολογίας DF-4

2	290104	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗΣ -ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΣΩΣΗΣ
4	290333	ΥΠΟΚΛΕΙΔΙΑ ΔΙΑΦΛΕΒΙΚΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ
5		ΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ 141380-290104-290333 ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕΤ
6		

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου
Καρδιολογική Κλινική
Εμμ. Ν. Σημαντωνάκης MD, PhD
Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης
Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής
ΑΜΚΑ: 19126[illegible] - Α.Μ. ΤΕΑΥ: 63897