# ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |
|---|---|---|
| 1 | 351652 | **Εμφυτεύσιμοςαπινιδωτής δύο κοιλοτήτων τύπου DDDR με αισθητήρα ανίχνευσης εισαγωγής σε μαγνητικό πεδίο, ειδικής κατασκευής για να είναι ασφαλής σε ολόσωμη μαγνητική τομογραφία 1,5T και 3T (MRIsafedefibrillator) με θύρα σύνδεσης τεχνολογίας DF4**<br>Συμβατότητα με μαγνητικούς τομογράφους 1,5 και 3 Tesla χωρίς περιορισμούς στη ζώνη σάρωσης<br>Συνοδεία ειδικών ηλεκτροδίων παθητικής και ενεργητικής πρόσφυσης<br>Να διαθέτει δυνατότητα προγραμματισμού αισθητήρα ανίχνευσης μαγνητικού πεδίου με σκοπό την αυτόματη ενεργοποίηση σε λειτουργία MRIMODE και ακολούθως την αυτόματη επαναφορά στις προγραμματισμένες τιμές του μόνιμου προγράμματος μετά απομάκρυνση από αυτό, χωρίς ανάγκη επανελέγχου της συσκευής<br>Να διαθέτει αλγόριθμο ελαχιστοποίησης της κοιλιακής βηματοδότησης.<br>Να διαθέτει αλγόριθμο ο οποίος να έχει άριστη ευαισθησία ανίχνευσης κοιλιακών ταχυκαρδιών (Sensitivity) και άριστη ειδικότητα στη διάκριση κοιλιακών από υπερκοιλιακές ταχυκαρδίες (Specificity).<br>Να δίνεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 8 έτη.<br>Η αποδιδόμενη έξοδος του μέγιστου shock να είναι ≥35J.<br>Να διαθέτει ασύρματη τηλεμετρία.<br>Η συσκευή να μπορεί να προγραμματιστεί σε τρεις τουλάχιστον ζώνες θεραπείας<br>Χρόνος φόρτισης να είναι ≤10 sec στη μέγιστη ενέργεια.<br>Να διαθέτει καταγραφή διαγνωστικών – στατιστικών στοιχείων.<br>Προγράμματα ATP θεραπειών σε κάθε ζώνη.<br>Να διαθέτει τουλάχιστον τα παρακάτω MODEβηματοδότησης: DDD, DDDR, VVI, VVIR.<br>Αυτόματη αλλαγή τρόπου βηματοδότησης επί αναγνωρίσεως κολπικών ταχυαρρυθμιών (modeswitch).<br>Να έχει προγραμματιζόμενο AVDelay<br>Να διαθέτει αισθητήρα μεταβολής της συχνότητας.<br>Στη μνήμη να αποθηκεύονται επεισόδια ταχυκαρδίας και ενδοκοιλοτικό καρδιογράφημα τουλάχιστον 10min.<br>Η συσκευή να έχει τρόπο βηματοδότησηςpost-shock<br>Να μπορεί να εκτελέσει ουδό βηματοδότησης.<br>Να μπορεί να γίνει πλήρης ηλεκτροφυσιολογικός έλεγχος για πρόκληση VT ή VF<br>Να έχει θύρα σύνδεσης τεχνολογίας IS1/DF4 |
| 2 | 290104 | ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗΣ -ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ,ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΣΩΣΗΣ |
| 3 | 288984 | ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ |
| 4 | 290333 | ΔΙΑΦΛΕΒΙΚΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ |
| | | ΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ 351652-290104-288984-290333 ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕΤ |

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΙΧ. ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ MD, PhD, FESC
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ - ΑΡΡΥΘΜΙΟΛΟΓΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ε.Σ.Υ.
ΚΛΙΝΙΚΗ Πα.Γ.Ν.Η.