ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1	338505	**Εμφυτεύσιμος απινιδωτής τριών κοιλοτήτων για καρδιακό επανασυγχρονισμό και απινίδωση δεξιάς κοιλίας σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια, και ειδικής κατασκευής για να είναι ασφαλής σε ολόσωμη μαγνητική τομογραφία 1,5 και 3Τ, με θύρα σύνδεσης τεχνολογίας DF4/IS4 ή DF1/IS4 ή DF1/IS1 ή DF4/IS1 (MRIsafeCardiac- Resynchronizationtherapy - defibrillatorCRT-D).** Με σύστημα βελτιστοποίησης χρονισμού κολποκοιλιακής και διακοιλιακής βηματοδότησης. Η συσκευή να μπορεί να προγραμματιστεί σε τρεις τουλάχιστον ζώνες θεραπείας. Ο χρόνος φόρτισης να είναι ≤10 sec στη μέγιστη ενέργεια. Η αποδιδόμενη έξοδος του μέγιστου shock να είναι ≥ 35 J διαθέσιμη από το 1ο shock. Προγράμματα ATP θεραπειών σε κάθε ζώνη. Να διαθέτει καταγραφή διαγνωστικών – στατιστικών στοιχείων. Να διαθέτει τουλάχιστον τα παρακάτω MODE βηματοδότησης: DDD, DDDR, VVI, VVIR. Να διαθέτει αλγόριθμο ο οποίος να έχει άριστη ευαισθησία ανίχνευσης κοιλιακών ταχυκαρδιών (Sensitivity) και άριστη ειδικότητα στη διάκριση κοιλιακών από υπερκοιλιακές ταχυκαρδίες (Specificity) Αυτόματη αλλαγή τρόπου βηματοδότησης επί αναγνωρίσεως κολπικών ταχυαρρυθμιών (modeswitch). Στη μνήμη να αποθηκεύονται επεισόδια ταχυκαρδίας και ενδοκοιλοτικό καρδιογράφημα τουλάχιστον 10min. Η συσκευή να έχει τρόπο βηματοδότησης post-shock. Να μπορεί επίσης να εκτελέσει ουδό βηματοδότησης. Να μπορεί να γίνει πλήρης ηλεκτροφυσιολογικός έλεγχος για πρόκληση VT ή VF. Δυνατότητα διαφορετικών συνδυασμών πολικότητας του ηλεκτροδίου του στεφανιαίου κόλπου με τετραπολικό ηλεκτρόδιο IS4 για καλύτερη αμφικοιλιακή βηματοδότηση

		Δυνατότητα παρακολούθησης και πρόληψης της καρδιακής ανεπάρκειας Να έχει θύρα σύνδεσης τεχνολογίας DF4 και να διαθέτει τα αντίστοιχα ηλεκτρόδια. Να δίνεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 5 έτη.
2	290292	ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ
3	287374	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ -ΥΠΟΚΛΕΙΔΙΟΣ ΓΙΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΟ ΚΟΛΠΟ
4	290104	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΣΥΧΡΟΝΗΣ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗΣ-ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ
5	288984	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ
		ΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ 338505-290292-287374-290104-288984 ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕΤ

