ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σετ διπλού θερμαινόμενου κυκλώματος με αυτοτροφοδοτούμενο θάλαμο ύγρανσης και γραμμή πίεσης, κατάλληλο για αναπνευστήρες νεογνών STEPHAN

1) Να διαθέτει αυτοτροφοδοτούμενο θάλαμο νερού με σταγονομετρικό θάλαμο και φίλτρο αέρα.
2) Να διαθέτει γραμμή πίεσης
3) Να έχει εκπνευστικό σκέλος χωρίς υδατοπαγίδα, με διαπερατή από υδρατμούς μεμβράνη επιτρέποντας την απομάκρυνσή τους από το εσωτερικό του κυκλώματος, τεχνολογίας τύπου vent-x. Να αποδεικνύεται εγγράφως.
4) Να διαθέτει θερμαινόμενους σωλήνες μήκους 1,5m.
5) Να έχει όριο διαρροής 30 ml/min στα (60 ± 3) cmH2O
6) Να έχει αντίσταση 0,74 cmH2O/l/min στα 2,5 l/min
7) Να είναι LATEX / DEHP FREE
8) Να διαθέτει βαλβίδα εκπνοής μιας χρήσης κατάλληλη για αναπνευστήρα STEPHAN neoEVE
9) Να διαθέτει αισθητήρα ροής νεογνών μιας χρήσης κατάλληλο για αναπνευστήρα STEPHAN neoEVE
10) Να είναι κατάλληλο για διάρκεια χρήσης 14 ημερών
11) Να είναι μιας χρήσης
12) Να διαθέτει σήμανση CE.
13) Να είναι πλήρως συμμορφούμενο με τις τεχνικές προδιαγραφές του αναπνευστήρα neoEVE της Μονάδας.
14) Να κατατεθεί δείγμα.