ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΟΞΥΜΕΤΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΗ RD, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ MASIMO, ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ MONITOP DRAEGER IACS
ΚΩΔ.267499

Αη 345

1. Ο αισθητήρας θα πρέπει να εφαρμόζεται με σταθερό τρόπο στο δάκτυλο και να μετρά ταυτόχρονα τις παρακάτω παραμέτρους
   - Κορεσμό αιμοσφαιρίνης (SpO2)
   - Καρδιακό παλμό (PR)
   - Τον δείκτη αιμάτωσης (Pi)

2. Να είναι μιας χρήσεως και κατάλληλος **για ενήλικες** με σύνδεση (κούμπωμα) RD.

3. **Να διαθέτει ειδική πιστοποιημένη τεχνολογία Masimo SET για μεγάλη αξιοπιστία μέτρησης ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες που ο ασθενής κινείται ή υπάρχει χαμηλή αιμάτωση.**

4. **Να προορίζεται για χρήση σε συσκευές οι οποίες διαθέτουν τεχνολογία Masimo SET. Να κατατεθεί πιστοποίηση/βεβαίωση συμβατότητας από τον κατασκευαστικό οίκο, η οποία να αναφέρει ότι το προσφερόμενο είδος προορίζεται και έχει ελεγχθεί για χρήση με συσκευές που διαθέτουν οξυμετρία Masimo SET.**

5. **Να είναι συμβατός με τα Μόνιτορ DRAEGER IACS με Οξυμετρία Τεχνολογίας Masimo SET.**

6. Να καλύπτεται με πιστοποιητικά ποιότητας και ελέγχου με τις προβλεπόμενες διεθνείς προδιαγραφές της Ε.Ε. με σήμανση CE και ISO.

7. Ο προμηθευτής να διαθέτει EN ISO 9001 και EN ISO 13485 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων) τουλάχιστον.

8. Να κατατεθεί φύλλο συμμόρφωσης για την μητή κάλυψη κάθε προδιαγραφής, με τις αντίστοιχες παραπομπές στα φυλλάδια, περιγραφικά έντυπα και εγχειρίδια του κατασκευαστικού οίκου, επί ποινή αποκλεισμού.
9. **Να συνοδεύονται από 3 επιτραπέζια παλμικά οξύμετρα.**
10. **ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ**

ΤΑΣΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΑΜΕΘ-ΜΑΦ