ΠΡΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Σετ αυτομετάγγισης

ΚΩΔ 286159

Η συσκευή που θα μπορεί να καλύψει τις ανάγκες τέτοιων περιστατικών θα πρέπει να διαθέτει:

Μεγάλο latham bowl (κώδωνας φυγοκέντρησης) ώστε να δέχεται μεγάλη ποσότητα αίματος για φυγοκέντρηση σε κάθε κύκλο επεξεργασίας.

Να έχει μεγάλη ταχύτητα πλυσίματος των ερυθρών αιμοσφαιρίων και να αποδίδει αιματοκρίτη περίπου 50-60%.

Η τιμή αιματοκρίτη του προϊόντος να απεικονίζεται στο display της οθόνης.

Θα πρέπει να απεικονίζεται στην οθόνη της συσκευής, τόσο η ποιότητα του «πλυσίματος», όσο και ο αιματοκρίτης του αίματος που οδηγείται από το reservoir στον κώδωνα φυγοκέντρησης καθώς και του αίματος που οδηγείται στον ασκό συλλογής μετά την ολοκλήρωση του κύκλου επεξεργασίας, ώστε να μην στέλνονται δείγματα στο αιματολογικό εργαστήριο.
Το λογισμικό του να μπορεί να αποθηκεύσει δεδομένα χρήσης, τουλάχιστον 80 τελευταίων χρήσεων.

Το αναλώσιμό του να έχει εύκολο set up, να αποτελείται από μεγάλο reservoir (τουλάχιστον 4lit), και να μην χρειάζεται priming σε έκτακτα αιμορραγικά περιστατικά.

Τα στάδια λειτουργίας του να παρακολουθούνται σε οθόνη και να παρέχεται η δυνατότητα, με πλήκτρα, να τροποποιούνται οι παράμετροι λειτουργίας.

Να φέρει ενσωματωμένη αναρρόφηση.
Σετ αυτομετάγγισης μεγάλου όγκου, χωρητικότητας 225 ml για συλλογή και επεξεργασία και επανέγχυση διασωθέντος αίματος.
Να διαθέτει προσυνδεδεμένο ασκό αποβλήτων. Οι γραμμές να διαθέτουν χρωματικές ενδείξεις για ευκολία στη χρήση.

Να είναι αποστειρωμένο και μιας χρήσης.
Να διαθέτει δυο γραμμές για τους ασκούς φυσιολογικού ορού.