ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ "heavy duty" και ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΗ για την Ουρολογική Κλινική του ΠΑΓΝΗ
Τεχνικές Προδιαγραφές
Μάρτιος 2026

Τα παρακάτω παραδοτέα προορίζονται για τη Γενική Χειρουργική Κλινική του Γενικού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου και το αίτημα γίνεται έπειτα από σχετικό αίτημα (αρ. πρωτ. 14869 ΕΞ 2026). Θ

Παραδοτέο 1. Τροχήλατο νοσηλείας.
Ποσότης: 1 (ένα) τεμάχιο.

Σώμα και μέρη κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας AISI 304 (με πιστοποίηση).
Να διαθέτει προσθαφαιρούμενα τμήματα χωρίς ανάγκη χρήσης εξειδικευμένων εργαλείων, και να είναι εξ ολοκλήρου πλενόμενο και απολυμαινόμενο στους 90 βαθμούς σε κλίβανο (με πιστοποίηση)
Στρογγυλεμένες γωνίες και άκρες για τον εύκολο καθαρισμό του.
Επιφάνεια εργασίας ανοξείδωτη με περιμετρικό γείσο χωρίς κολλήσεις και κρυφά σημεία, προς αποφυγή συγκέντρωσης μικροβίων.
Κάγκελο προστασίας στις 3 πλευρές
Εργονομική χειρολαβή ώθησης.
Στις γωνίες της βάσης να φέρει πλαστικούς προσκρουστήρες για την εξομάλυνση των κραδασμών.
Η επιφάνεια εργασίας να φέρει από τις τρεις πλευρές της προστατευτικό γείσο.
Να διαθέτει επιπλέον συρόμενη επιφάνεια γραψίματος κάτω από την επιφάνεια εργασίας.
Να φέρει συνδυασμό επτά (8) ανοξείδωτων συρταριών, προσθαφαιρούμενων, με εργονομικές λαβές, με μηχανισμό soft-closing επιτρέποντας το εργονομικό και ασφαλές κλείσιμο καθώς και το πλήρες άνοιγμα τους.
Κεντρική κλειδαριά για κλείδωμα των συρταριών.
Διανομέας φαρμάκων με 9 ανακλινόμενες θέσεις αποθήκευσης
Κυτίο απόρριψης αιχμηρών αντικειμένων
Διπλό ανοξείδωτο, προσθαφαιρούμενο κάδο απορριμάτων
Τέσσερις (4) περιστρεφόμενοι τροχοί αντιστατικοί, με αντιοξειδωτική προστασία (με πιστοποίηση), διαμέτρου 125 mm εκ των οποίων οι δύο με φρένο.
Διαστάσεων περίπου 750 (μήκος) Χ 500 (πλάτος) Χ 1000 (ύψος) mm.

Απαραίτητη είναι η σύνταξη φύλλου συμμόρφωσης σε πλήρη ανταπόκριση με τις παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές, με αντίστοιχες παραπομπές στα τεχνικά φυλλάδια και έντυπα του κατασκευαστικού οίκου για τεκμηρίωση. Ασάφειες και αοριστίες ως προς την τεκμηρίωση θα θεωρούνται ως ουσιώδεις αποκλίσεις και η προσφορά θα απορρίπτεται.

Παραδοτέο 2. Εξεταστική κλίνη.

Μήκος περίπου 185-190 cm
Πλάτος περίπου 65-70 cm
Ύψος περίπου 65 cm
Σκελετός
Μεταλλικός σκελετός βαρέως τύπου με ηλεκτροστατική βαφή.
Αντιολισθητικά πέλματα
Στρώμα από αφρώδες υλικό μέτριας πυκνότητας, σε πάχος περίπου 8 εκατοστών, με επένδυση από δερματίνη ιατρικής χρήσης, αδιάβροχη, ανθεκτική, εύκολη στον καθαρισμό και απολύμανση.
Ρυθμιζόμενη πλάτη με μηχανισμό ratchet ή χειροκίνητο από 0° έως περίπου 70°
Αντοχή Φορτίου τουλάχιστον 150 kg
Χαρτοθήκη για ρολό εξεταστικού χαρτιού
Συρτάρι ή ράφι κάτω

Λοιπές υποχρεώσεις

- Ο προμηθευτής αλλά και η κατασκευάστρια εταιρεία πρέπει να διαθέτουν ISO 9001 και ISO 13485 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων) με κατάθεση των αντίστοιχων πιστοποιητικών).
- Πιστοποιητικά θα κατατεθούν και για τις ειδικές ιδιότητες των μερών του τροχήλατου, όπου ζητούνται στις προδιαγραφές.
- Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του υπό προμήθεια είδους για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια από την παραλαβή του.
- Ο προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει στην υπηρεσία ανταλλακτικά του προσφερόμενου είδους (μηχανήματος, κ.λ.π.) για 10 έτη τουλάχιστον.
- 'Ολα τα είδη θα είναι α΄ποιότητας κατασκευής ΕΕ (πιστοποιημένα με CE mark).
- Οι διαστάσεις είναι ενδεικτικές και επιτρέπονται μικροαποκλίσεις από αυτές εφόσον πληρούνται οι λειτουργικές απαιτήσεις άνεσης και εργονομίας.
- Όλες οι οικονομικές προσφορές θα συνοδεύονται από πλήρες και ευκρινές φυλλάδιο παρουσίασης (προσπέκτους) καθώς και τεχνικές προδιαγραφές. Σε περίπτωση που το προσφερόμενο είδος προκύπτει από τον συνδυασμό διαφόρων τυποποιημένων εξαρτημάτων "σειράς" από κατάλογο του κατασκευαστή, ο υποψήφιος Προμηθευτής πρέπει να δηλώνει ευκρινώς τους αντίστοιχους κωδικούς του καταλόγου.
- Το νοσοκομείο έχει δικαίωμα να ζητήσει πρόσθετα τεχνικά στοιχεία και δείγματα για τα προσφερόμενα είδη σε οποιοδήποτε στάδιο του διαγωνισμού. Η προσκόμιση, αποστολή, επιστροφή των ειδών προς εξέταση γίνεται με κίνδυνο και δαπάνη του υποψηφίου Προμηθευτή.
- Το νοσοκομείο έχει δικαίωμα να απορρίψει οικονομική προσφορά για λόγους πέραν από το ύψος της βασιζόμενο σε κριτήρια γενικότερης εμφάνισης, αντοχής και ποιότητας φινιρίσματος, είτε σε κριτήρια τα οποία προκύπτουν έπειτα από την άμεση αντίληψη και επί τόπου εξέταση των προσφερομένων ειδών.
- Στην οικονομική προσφορά συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια, η μεταφορά στο σημείο ακριβώς που θα υποδειχθεί, η συναρμολόγηση, η τυχόν προσωρινή αποθήκευση, νεκροί χρόνοι και γενικά κάθε είδους παράπλευρη δαπάνη. Επίσης συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα μικροεξαρτήματα, υλικά συνδέσεων, μικροεργασίες και μικροϋλικά επί τόπου της θέσης εγκατάστασης. Τα είδη παραδίδονται αποσυσκευασμένα και πλήρως συναρμολογημένα, τα δε υλικά συσκευασίας απομακρύνονται από τον Προμηθευτή Ουρολογική Κλινική και η Νοσηλευτική Υπηρεσία. Προσφερόμενα είδη τα οποία δεν θα είναι τεκμηριωμένα αποδεκτά από την Ουρολογική Κλινική ή τη Νοσηλευτική Υπηρεσία, θα απορρίπτονται.
- Ως χρόνος παράδοσης των παραπάνω ειδών ορίζονται οι **30** εργάσιμες ημέρες.
- Δημοσίευση των προδιαγραφών αυτών ισοδυναμεί με αποδοχή τους από την Ουρολογική Κλινική και τη Νοσηλευτική Υπηρεσία.

Για την Τεχνική Υπηρεσία
Α. Κατσαράκης