Αντ 868

Μπαλόνι αγγειοπλαστικής OTW 0,035'', με επικάλυψη sorbitol & polysorbate και φαρμάκου Πακλιταξέλης με επιφανειακή συγκέντρωση 2 μg/mm2 με απώλεια φαρμάκου <0.1% κατά τη διάβαση μέσα από το αντίστοιχο θηκάρι, (να αποδεικνύεται από κλινικές μελέτες level 1) με απελευθέρωση του συνόλου της πακλιταξέλης σε 30sec από την επαφή με το αγγείο. Ο καθετήρας να είναι ειδικά σχεδιασμένος με μετρικό σύστημα (όχι ακτινοσκιερό) για την ορθή τοποθέτηση του μπαλονιού μειώνοντας έτσι την ανάγκη πολλαπλών ακτινοσκοπήσεων. Να διατίθεται με χαμηλό προφίλ 5Fr και σε μεγέθη διαμέτρου μπαλονιού 4-12mm, μήκους μπαλονιού έως 150mm και μήκος καθετήρα 75cm, 100cm & 130cm.

ΕΠΙΚ. ΚΑΘ. ΚΕΧΑΓΙΑΣ
ΑΜ: 99730 ΑΜΚΑ 1305/302153