ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΡΙΝΙΚΕΣ ΚΑΝΟΥΛΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΡΟΗ ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
Κωδ: 291696-291706

- Να είναι συμβατές με το σετ θερμαινόμενου κυκλώματος της συσκευής παροχής αναπνευστικής υποστήριξης με υψηλές ροές που χρησιμοποιεί το τμήμα και να αποδεικνύεται εγγράφως.
- Να προσφερθούν προς επιλογή ρινικές κάνουλες κατασκευασμένες από ειδικό απορροφητικό υλικό για αποφυγή συγκέντρωσης συμπυκνωμάτων, (Small, Medium, Large και συνδετικό τραχειοστομείας)

- Να είναι μιας χρήσης με μέγιστο χρόνο συνεχούς χρήσης έως και δεκατέσσερις (14) ημέρες.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ

ΒΑΠΟΡΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ-ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ
ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΜΕΘ ΠΑ.Γ.Ν.Η.
ΑΜΚΑ: 29117301829 - Α.Μ. ΤΣΑΥ: 92110