ΦΙΑΛΕΣ ΚΕΝΟΥ ΑΕΡΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΠΛΕΥΡΙΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΜΕΣΩ ΚΑΘΕΤΗΡΑ IPC

1. Χωρητικότητας 1000ml
2. Με βαλβίδα διαχείρισης της ροής του παροχετευόμενου υγρού που προσφέρει τη δυνατότητα τόσο στο νοσηλευτικό προσωπικό όσο και στον ασθενή να μπορεί να έχει πλήρη έλεγχο της ροής.
3. Με άκρο που κλειδώνει (locking connection) με ασφάλεια στην συμπληρωματική βαλβίδα του καθετήρα IPC, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος αποσύνδεσης
4. Με γραμμή παροχέτευσης εσωτερικής διαμέτρου τουλάχιστον 3mm
5. Στη συσκευασία να περιλαμβάνεται κατάλληλο ανταλλακτικό πώμα για ασφαλή απομόνωση του άκρου του καθετήρα μετά την παροχέτευση.

ΕΜΜ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ
ΠΑΓΝΗ - ΑΜΚΑ: 07052101530 - ΤΣΑΥ: 02182