# ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |
|---|---|---|
| 1 | 274677 | **Εμφυτεύσιμοςαπινιδωτής μίας κοιλότητας τύπου VVIR με ειδικό ηλεκτρόδιο με δίπολο στον κόλπο, ειδικής κατασκευής για να είναι ασφαλής σε ολόσωμη μαγνητική τομογραφία 1,5 και 3Τ και θύρα σύνδεσης τεχνολογίας DF-4**<br>Συμβατότητα με μαγνητικούς τομογράφους 1,5 και 3 Tesla χωρίς περιορισμούς στη ζώνη σάρωσης<br>Δυνατότητα ανίχνευσης της κολπικής δραστηριότητας μέσω κολπικού διπόλου του απινιδωτικού ηλεκτροδίου και με αισθητήρα ανίχνευσης μαγνητικού πεδίου (AUTOMRImode<br>Διάρκεια ζωής τουλάχιστον 10 έτη.<br>Να δίνεται εγγύηση καλής λειτουργίας 7 έτη.<br>Η αποδιδόμενη έξοδος του μέγιστου shock να είναι ≥40 J, διαθέσιμη από το 1ο shock.<br>Η συσκευή να μπορεί να προγραμματιστεί σε τρεις τουλάχιστον ζώνες θεραπείας<br>Ο χρόνος φόρτισης να είναι <=10 sec στη μέγιστη ενέργεια.<br>Να διαθέτει καταγραφή διαγνωστικών - στατιστικών στοιχείων.<br>Προγράμματα ATP θεραπειών σε κάθε ζώνη.<br>Να διαθέτει αισθητήρα προσαρμοζόμενης συχνότητας:<br>Στη μνήμη να αποθηκεύονται επεισόδια ταχυκαρδίας και ενδοκοιλοτικό καρδιογράφημα τουλάχιστον 10min.<br>Η συσκευή να έχει τρόπο βηματοδότησηςpost-shock<br>Να μπορεί να εκτελέσει ουδό βηματοδότησης |
| 2 | 290104 | ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗΣ -ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ,ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΣΩΣΗΣ |
| | | |
| | | ΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ 274677-290104 ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕΤ |
| | | |
| | | |
| | | |

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΙΧ. ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ
Α.Μ.: 89130 - Α.Μ.