ΤΕΙ Υπογείου

ΕΝΖΥΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ SOLUSCOPE 1 (ΜΠΙΤΟΝΙ ΤΩΝ 5 LT)

ΚΩΔΙΚΟΣ: 350323

Ενζυματικό διάλυμα σε συσκευασία πέντε (5) λίτρων, κατάλληλο για χρήση με το εγκατεστημένο πλυντήριο του εργαστηρίου του ενδοσκοπικού τμήματος Soluscope 1. Η σύνθεση του να περιέχει σύνθεση ενζύμου (πρωτεάση, λιπάση, αμυλάση) και να λειτουργεί σε πυκνότητα 1.08 ± 0.05 σε 20°C θερμοκρασία. Να έχει pH διαλύματος συσκευασίας 7.0 ± 1.0 σε 20°C θερμοκρασία και δείκτη διάθλασης 1.385 ± 0.015. Να διαθέτει επίσημη έγκριση από τον οίκο κατασκευής του πλυντηρίου για την συμβατότητα των ενδοσκοπίων. Ολα τα παραπάνω θα πρέπει να πληρούνται πλήρως και να αποδεικνύονται με έντυπα του κατασκευαστικού οίκου. Η αιτούμενη ποσότητα να αφορά συσκευασία σε δοχείο των 5 Lt

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗΣ
ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΚΤΙΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΑΜΚΑ: 0[illegible]5814

ΤΕΙ Υπογείου

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΛΟΥΤΑΡΑΛΔΕΥΔΗΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ SOLUSCOPE 1 (ΜΠΙΤΟΝΙ ΤΩΝ 5 LT)

ΚΩΔΙΚΟΣ: 350321

Συμπληρωμένο διάλυμα Γλουταραλδεΰδης σε συσκευασία πέντε (5) λίτρων, κατάλληλο για χρήση με το εγκατεστημένο πλυντήριο του εργαστηρίου του ενδοσκοπικού τμήματος Soluscope 1. Η σύνθεση του να περιέχει Γλουταραλδεΰδη σε ποσοστό 24,8% σε θερμοκρασία 40°C με συγκέντρωση 1% σε 10 min. Να λειτουργεί σε πυκνότητα 1.06 ± 0.04 σε 20°C θερμοκρασία και να έχει pH διαλύματος συσκευασίας 4.0 ± 0.5. Να διαθέτει δείκτη διάθλασης 1.375 ± 0.015 και επίσημη έγκριση από τον οίκο κατασκευής του πλυντηρίου για την συμβατότητα των ενδοσκοπίων. Ολα τα παραπάνω θα πρέπει να πληρούνται πλήρως και να αποδεικνύονται με έντυπα του κατασκευαστικού οίκου. Η αιτούμενη ποσότητα να αφορά συσκευασία σε δοχείο των 5 Lt

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΪΤΖΑΚΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ