

ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑΣ
ΑΡΧΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
ΜΕ ΣΕΤ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ PULL

Να διαθέτει θόλο (Dome), από μαλακή, ακτινοσκιερή και σιλικόνη.

Ο θόλος από μαλακή σιλικόνη να παρέχει την δυνατότητα αφαίρεσης της συσκευής απευθείας χωρίς να είναι απαραίτητη η διαδικασία ενδοσκοπικής αφαίρεσης (traction removal).

ΣΕΤ εισαγωγής (τεχνική pull):

1τμχ Καθετήρας Γαστροστομίας Σιλικόνης με εσωτερική ενίσχυση και άκρο διαστολέα,

1τμχ Ευθύς εξωτερικός δίσκος/ενίσχυση,

1τμχ Χειρουργικό πεδίο με θυρίδα (61cmx91cm),

1τμχ Χειρουργικό νυστέρι (λεπίδα νο11),

1τμχ Αναλώσιμη σύριγγα 5ml,

6τμχ Γάζες (10cm x 10cm),

1τμχ Βελόνα 21Gx38.1mm,

1τμχ Βελόνα 25Gx25.4mm,

1τμχ Αναλώσιμη μεταλλική αιμοστατική λαβίδα,

1τμχ Αντάπτορας σίτισης διπλής εξόδου,

1τμχ 14G βελόνα/ κάνουλα

1τμχ Θηλιά εισαγωγής

1τμχ Αναλώσιμο βρόγχο σύλληψης

1τμχ Αναλώσιμο μεταλλικό φαλίδι

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΡΥΣΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
Δ/ΝΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΓΗ
ΑΜ ΤΣΑΥ: 66306/5 - ΑΜΚΑ: 14096203659