

PS9 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
2 484 / 8.7.2019

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΙΔΟΣ
WA22507D	ΑΓΚΥΛΗ TURis 30° ΜΕΓΑΛΗ, ΜΟΝΟ ΣΥΡΜΑ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ, OLYMPUS ΡΕΖΕΚΤΟΣΚΟΠΙΟΥ

Αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές

1. Να είναι ηλεκτρόδιο-αγκύλη σχεδιασμού μονού σύρματος, συμβατό με την υπάρχουσα OLYMPUS οπτική 30°, κατάλληλο για διουρηθρικές επεμβάσεις υπό αλατούχο φυσιολογικό ορό.
2. Η αγκύλη να έχει σύρμα πάχους 0,2mm και να είναι μεγάλου μεγέθους (5,30mm πλάτους και 4,3mm ύψους)
3. Να βασίζεται στην τεχνολογία πλάσματος, και η θερμική βλάβη στους παρακείμενους ιστούς να είναι ελάχιστη (μέσος όρος 0,18mm).
4. Να είναι κατάλληλη για διουρηθρική εκτομή προστάτη έως τουλάχιστον 120gr.
5. Να είναι μιας χρήσης, αποστειρωμένη σε αέριο αιθυλενοξείδιο (EO) και να έχει χρόνο λήξης αποστείρωσης πέντε έτη.
6. Να είναι συμβατή με το υπάρχον στοιχείο εργασίας TURis του νοσοκομείου.
7. Να έχει χρωματική κωδικοποίηση για την εύκολη αναγνώριση των συμβατών εξαρτημάτων του υπάρχοντος ρεζεκτοσκοπίου (εσωτερική θήκη και οπτική) και του συμβατού διατατικού μέσου.
8. Στο υλικό να αναγράφεται ο κωδικός του για την εύκολη αναγνώρισή του.
9. Η υποθερμικότητα και η αβραία της αγκύλης να είναι τεμνηρωμένα από διεθνώς τυχαιοποιημένες μηχανικές δοκιμές

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Κ. ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ
ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
ΠΑ.Γ.Ν.Α. - Α.Μ. ΤΣΑΥ: 92869
ΑΜΚΑ: 17057001178