

**ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ ΜΕ  
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΑΣΚΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ**

Ο υπολειπόμενος αριθμός των λευκοκυττάρων να είναι κάτω από  $2 \times 10^5$  ανά μετάγγιση

Να μπορούν να λευκαφαιρέσουν τουλάχιστον 5 μονάδες αιμοπεταλίων.

Να είναι μαλακά ώστε να εξασφαλίζεται τέλειο άδειασμα του συστήματος και η απώλεια των αιμοπεταλίων να είναι η ελάχιστη δυνατή (<10%).

Ο τελικός ασκός αποθήκευσης του λευκαφαιρεμένου παράγωγου να είναι άχρωμος, και κατάλληλος για τη διατήρηση αιμοπεταλίων.

Ο τελικός ασκός να διαθέτει ένα επιπλέον θυλάκιο, με το οποίο να μπορεί να πραγματοποιηθεί δειγματοληψία για τις ανάγκες του ποιοτικού ελέγχου.

Να είναι αποστειρωμένα με γ-ακτινοβολία, απαλλαγμένα πυρετογόνων ουσιών και έτοιμα προς χρήση.

Να έχουν έγκριση κυκλοφορίας από τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CE Mark) και η εταιρία κατασκευής να διαθέτει πιστοποιητικά ποιότητας ISO 9001:2000 και EN ISO.

11/10/19

