

ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΣΤΑΤΩ ΟΡΩΝ
Τεχνικές Προδιαγραφές
Ιούνιος 2019

Στατώ με 2 γάντζους

Κορμός ρυθμιζόμενου ύψους από περίπου 1,20μ ως περίπου 2,20μ. Κάθε στατώ θα διαθέτει 2 μεταλλικά άγκιστρα στην κορυφή με δυνατότητα προσθαφίρεσης. Ο κορμός και τα άγκιστρα θα είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα α' ποιότητας

Τροχήλατη πεντακτινωτή βάση από ανοξείδωτο χάλυβα α' ποιότητας, διαμέτρου περ. 0,60μ. με διπλούς τροχούς διαμέτρου 50χιλ. αντιστατικούς με επικάλυψη πλαστικού για εύκολη και αθόρυβη μετακίνηση.

- Ο προμηθευτής αλλά και η κατασκευάστρια εταιρεία πρέπει να διαθέτουν ISO 9001 και ISO 13485 για την εμπορία και τεχνική υποστήριξη (με κατάθεση των αντίστοιχων πιστοποιητικών).
- Ο κατασκευαστής του στατώ πρέπει να είναι πιστοποιημένος με ISO
- Θα πρέπει να παρέχεται από τον προμηθευτή εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη και επάρκεια ανταλλακτικών για τουλάχιστον δέκα (10) έτη.

Υποχρεώσεις του αναδόχου

- ✓ Όλα τα είδη θα είναι α' ποιότητας κατασκευής ΕΕ (πιστοποιημένα), με εγγύηση λειτουργίας για 2 έτη και επάρκεια ανταλλακτικών για 10 έτη.
- ✓ Οι διαστάσεις είναι ενδεικτικές και επιτρέπονται μικροαποκλίσεις από αυτές εφόσον πληρούνται οι λειτουργικές απαιτήσεις άνεσης και εργονομίας.
- ✓ Όλες οι οικονομικές προσφορές θα συνοδεύονται από πλήρες και ευκρινές φυλλάδιο παρουσίασης (προσπέκτους) καθώς και τεχνικές προδιαγραφές.
- ✓ Το νοσοκομείο έχει δικαίωμα να πρόσθετά τεχνικά στοιχεία για τα προσφερόμενα είδη. Η προσκόμιση/αποστολή/επιστροφή των ειδών προς εξέταση θα γίνεται με δαπάνη και κίνδυνο του υποψηφίου αναδόχου.
- ✓ Στην οικονομική προσφορά συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια, η μεταφορά στο σημείο ακριβώς που θα υποδειχθεί, η συναρμολόγηση, η τυχόν προσωρινή αποθήκευση, νεκροί χρόνοι και γενικά κάθε είδους παράπλευρη δαπάνη. Επίσης συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα μικροεξαρτήματα, υλικά συνδέσεων, μικροεργασίες και μικροϋλικά επί τόπου της θέσης εγκατάστασης. Τα είδη παραδίδονται αποσυσκευασμένα και πλήρως συναρμολογημένα, τα δε υλικά συσκευασίας απομακρύνονται από τον ανάδοχο.
- ✓ Στην επιλογή των ειδών βαρύνουσα γνώμη έχει και η Νοσηλευτική Υπηρεσία. Προσφερόμενα είδη τα οποία δεν θα είναι τεκμηριωμένα αποδεκτά από την Νοσηλευτική Υπηρεσία θα απορρίπτονται.
- ✓ Ως χρόνος παράδοσης των παραπάνω ειδών ορίζονται οι **20** εργάσιμες ημέρες.
- ✓ Δημοσίευση των παραπάνω προδιαγραφών σημαίνει αποδοχή τους από τη Νοσηλευτική Υπηρεσία του ΠΑΓΝΗ.

Αποδέχομαι τις τεχνικές προδιαγραφές

Η επιτροπή Προδιαγραφών

Για την Τεχνική Υπηρεσία

ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΓΙΑ ΤΗ Ν.Υ.

ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ, PhD
ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ Ν.Υ. ΠΑΓΝΗ

1 από 1