

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΜΑΤΟΑΕΡΑΓΩΓΩΝ - ΡΙΝΟΑΕΡΑΓΩΓΩΝ – ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ

ΣΤΟΜΑΤΟΑΕΡΑΓΩΓΟΙ : Να είναι μίας χρήσης, αποστειρωμένοι, κατασκευασμένοι από εύκαμπτο ατραυματικό υλικό και PVC, να έχουν χρωματιστή ένδειξη μεγέθους και μαλακά στρογγυλεμένα άκρα κατάλληλοι με διάμετρο για χρήση με καθετήρα αναρρόφησης, free latex, *κωδ. 53662-53661-53664 53665*

Οι Ρινικοί Αεραγωγοί πρέπει :

- α) Να είναι κατασκευασμένοι από ειδικό μαλακό PVC, για να ανταποκρίνεται στην ανατομία της ρινοφαρυγγικής περιοχής.
 - β) Το υλικό να μην κάμπτεται (kinging), για να εξασφαλίζει πλήρη αεραγωγό.
 - γ) Να έχει κυκλικό σκληρό πτερύγιο για πιο ασφαλή στήριξη έτσι ώστε μην μπορεί να αναρροφηθεί από τον ασθενή.(η παραμάννα)
 - δ) Να έχουν κατασκευαστεί με ιδιαίτερη προσοχή και φροντίδα στα άκρα τους, που έρχονται σε επαφή με τον ασθενή δηλ. να είναι μαλακά και στρογγυλεμένα.
 - ε) Να είναι μίας χρήσεως, αποφεύγοντας τον κίνδυνο της μόλυνσης.
- στ) Να είναι μεγάλου μήκους για να εξασφαλίζεται ο σωστός αερισμός .LATEX FREE

κωδ. 53057 - 53058
ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ

Αποστειρωμένο κατασκευασμένο από PVC να είναι μίας χρήσεως που να περιλαμβάνει :δύο σωλήνες 150cm ως 180cm διαμέτρου 22mm συνδεδεμένους με διχαλωτό συνδετικό Υ (αποσπώμενο). και επιπλέον σωλήνα 120cm ως 150cm διαμέτρου 22mm ευθύ συνδετικό για σύνδεση με ασκό 2Lt και γωνιώδες συνδετικό. Με λεία εσωτερική επιφάνεια για να μην κρατάει υδρατμούς. Μαλακά συνδετικά για καλή τοποθέτηση στο αναισθησιολογικό μηχάνημα .Free latex ασκό. Τα ζητούμενα χαρακτηριστικά – μήκη του κυκλώματος να επιβεβαιώνονται από έντυπο του κατασκευαστή και το προσφερόμενο κύκλωμα να είναι DEHP-free το οποίο να τεκμηριώνεται με επιστολή από τον κατασκευαστή.

Σε ενιαία συσκευασία

κωδ. 53780

