

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

1. Κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα
Να κατατεθεί πιστοποιητικό ανάλυσης του μετάλλου
Από τον κατασκευαστικό οίκο πρωτότυπο ή επίσημα επικυρωμένο
Τελικό φινίρισμα εργαλείων MAT.
2. Τα εργαλεία να φέρουν:
-Κωδικό εργοστασίου αντίστοιχο με του καταλόγου εργαλείων του ιδίου εργοστασίου.
-Το εργοστάσιο κατασκευής.
-Την επωνυμία της προσφέρουσας εταιρείας.
-Τον αριθμό σειράς (serial number).
3. Να υπάρχει συμφωνία μεγεθών και αιτούμενων ειδών με τα προσφερόμενα. Να αναγράφεται η σελίδα του επίσημου καταλόγου του εργοστασίου, που εικονίζεται ο προσφερόμενος κωδικός του εργαλείου.
4. Να κατατεθεί πρωτότυπος κατάλογος εργοστασίου, εκτός αν ήδη έχει ήδη κατατεθεί στο Νοσοκομείο μας.
5. Να μην προσφερθούν εργαλεία συγκεντρωτικών οίκων ή οίκου RELABEL, αλλά μόνο του εργοστασίου κατασκευής.
6. Εγγύηση εργαλείων για 5 έτη τουλάχιστον. Να κατατεθεί ανάλυση εγγύησης του προμηθευτή και του ιδίου εργοστασίου.
7. Να κατατεθούν τα πιστοποιητικά :
-ISO εργοστασίου κατασκευής
ISO προμηθευτριας εταιρείας
-Χώρα κατασκευής από το ίδιο εργοστάσιο
-Ανάλυση κράματος μετάλλου
-CE πιστοποίηση
Όλα τα ανωτέρω να είναι πρωτότυπα ή επίσημα επικυρωμένα
8. Δείγματα Να κατατεθούν με την προσφορά αντιπροσωπευτικά δείγματα από όλες τις κατηγορίες των αιτούμενων εργαλείων, τα στοιχεία του οποίου να ανταποκρίνονται στην παράγραφο 2.
Έλεγχος δειγμάτων:
-Θα αξιολογηθούν για το φινίρισμα αυτών στα συλλεπτικά άκρα, στις αρθρώσεις, στο κλείστρο των λαβίδων. Δεν θα πρέπει να έχουν <κοφτερά> σημεία στο φινίρισμα γιατί θα αποκλείονται.
-Τα βελονοκάτοχα θα δοκιμαστούν για τη σταθερή σύλληψη των βελόνων συρραφής (δεν πρέπει να στρίβει η βελόνα κατά τη χρήση).
-Τα ψαλίδια θα δοκιμαστούν για τις κοπτικές τους ικανότητες.
-Τουλάχιστον ένα εκ των δειγμάτων θα δοκιμαστεί στον κλίβανο ατμού, ώστε να διαπιστωθεί η αντοχή των της τελικής επεξεργασίας παθητικών στρωμάτων.
Επιπλέον για την αξιολόγηση των χειρουργικών εργαλείων θα ληφθούν υπόψη:
-Οι πληροφορίες από τα χειρουργεία του Νοσοκομείου μας για την καλή διατήρηση στο χρόνο και τη χρήση των εργαλείων, που προσφέρονται.
-Η ανταπόκριση του προμηθευτή σε οποιοδήποτε πρόβλημα προκύπτει :
Συντήρηση χειρουργικών εργαλείων, αντικατάσταση ελαττωματικών εργαλείων κ.τ.λ
-Ο χρόνος παράδοσης των εργαλείων.
-Η δυνατότητα της εταιρείας για άμεση συντήρηση των χειρουργικών εργαλείων.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΡΥΣΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
Δ/ΝΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΓΝΗ
ΑΜ ΤΣΑΥ: 66386/5 - ΑΜΚΑ: 14096203659