



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
7^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
(Υ.ΠΕ.) ΚΡΗΤΗΣ

Πα.Γ.Ν.Η
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Βαθμός προτεραιότητας:

Ηράκλειο 10/2/2020

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΩΝ ΑΝΕΠΑΦΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

- Φορητό θερμόμετρο ανέπαφης μέτρησης θερμοκρασίας κατάλληλο και ασφαλές (όχι LASER) για παιδιά και ενήλικες.
- Να είναι πιστοποιημένο για νοσοκομειακή χρήση.
- Να έχει ένδειξη σε βαθμούς κελσίου ($^{\circ}\text{C}$) με ακρίβεια ενός δεκαδικού ψηφίου.
- Να ενδείκνυται για μέτρηση θερμοκρασίας μετώπου, στόματος, μασχάλης, καθώς επίσης να έχει τη δυνατότητα μέτρησης θερμοκρασίας υγρών και περιβάλλοντος χώρου.
- Απαραίτητα να διαθέτει σύστημα (ένδειξη) διαπίστωσης με ακρίβεια της σωστής απόστασης θερμομέτρησης, για την ακρίβεια της μέτρησης.
- Η απόκλιση της μετρούμενης θερμοκρασίας να μην είναι μεγαλύτερη από $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$.
- Το θερμόμετρο να είναι ελαφρύ, εύχρηστο, χωρίς αναλώσιμα και με οδηγίες χρήσης στα Ελληνικά.
- Να τίθεται αυτόματα σε κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας, όταν δεν χρησιμοποιείται.
- Να διαθέτει CE MARK.
- Εγγύηση δύο (2) ετών, με αντικατάσταση χαλασμένων εντός δέκα (10) ημερών.