

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΡΥΓΧΗ ΠΙΠΕΤΤΩΝ, ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΟΓΚΟΥ, ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ

Α) Ρύγχη πιπετών 0-20μl (P20) με προδιαγραφές :

Ρύγχη πιπετών με φίλτρο 20μl, σε στατώ 96 θέσεων, με διαβάθμιση στα 10μl, με πιστοποίηση Biosphere® plus (Sterile, DNA-free - Human DNA free- Bacterial DNA free- DNase-/RNase-free PCR Inhibitor-free endotoxin-free), αποστειρωμένα, συμμορφωμένα με ISO 8655-2. Συσκευασία 1920 τεμάχια.


Β) Ρύγχη πιπετών 0-200μl (P200) με προδιαγραφές :

Ρύγχη πιπετών με φίλτρο 200μl, σε στατώ 96 θέσεων, με διαβάθμιση στα 10, 50 και 100μl, με πιστοποίηση Biosphere® plus (Sterile, DNA-free - Human DNA free · Bacterial DNA free , DNase-/RNase-free, PCR Inhibitor-free ,endotoxin-free), αποστειρωμένα, συμμορφωμένα με ISO 8655-2 Συσκευασία 1920 τεμάχια.

Γ) Ρύγχη πιπετών 0-1000μl (P1000) με προδιαγραφές :

Ρύγχη πιπετών με φίλτρο 1000μl, σε στατώ 100 θέσεων, με διαβάθμιση στα 100, 500 και 1000μl, με πιστοποίηση Biosphere® plus (Sterile, DNA-free - Human DNA free · Bacterial DNA free, DNase-/RNase-free -,endotoxin-free), αποστειρωμένα, συμμορφωμένα με ISO 8655-2. Συσκευασία 1000 τεμάχια.

49


Δρ. ΖΕΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΣΥ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Π.Ν.Η. - ΑΜΚΑ: 06013701800