

## **ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ**

- 1.** Πρόγραμμα για την εξωτερική αξιολόγηση της ποιότητας, για τις εξετάσεις που αφορούν τον έλεγχο αντισωμάτων, έναντι του CMV IgG, CMV IgM, CMV total Ab, CMV IgG Avi , της προ αναλυτικής, αναλυτικής ,της μετά αναλυτικής φάσης και της κλινικής αξιολόγησης.Το πρόγραμμα να διενεργείται σε τέσσερις κύκλους, με τουλάχιστον τρία αυθεντικά έτοιμα δείγματα από μοναδιαίο δότη ανά κύκλο, με δικαίωμα επιλογής από το εργαστήριο του αριθμού και μήνα συμμετοχής, από το πρόγραμμα του διοργανωτή.
- 2..** Πρόγραμμα για την εξωτερική αξιολόγηση της ποιότητας, για τις εξετάσεις που αφορούν τον έλεγχο αντισωμάτων, έναντι EBNAAb EBVAB, EBVA<sub>b</sub>G, EBVA<sub>b</sub>M, EBVAvidity, ειδικά αντισώματα, της προ αναλυτικής, αναλυτικής, της μετά αναλυτικής φάσης και της κλινικής αξιολόγησης Το πρόγραμμα να διενεργείται σε τέσσερις κύκλους, με τουλάχιστον τρία αυθεντικά έτοιμα δείγματα από μοναδιαίο δότη ανά κύκλο, με δικαίωμα επιλογής από το εργαστήριο του αριθμού και μήνα συμμετοχής, από το πρόγραμμα του διοργανωτή
- 3.** Πρόγραμμα για την εξωτερική αξιολόγηση της ποιότητας, για τις εξετάσεις που αφορούν τον έλεγχο αντισωμάτων, έναντι των Rubella IgG, IGM, IgG avidity ,της προ αναλυτικής, αναλυτικής, της μετά αναλυτικής φάσης και της κλινικής αξιολόγησης. Το πρόγραμμα να διενεργείται σε τέσσερις κύκλους, με τουλάχιστον τρία αυθεντικά έτοιμα δείγματα από μοναδιαίο δότη ανά κύκλο, με δικαίωμα επιλογής από το εργαστήριο του αριθμού και μήνα συμμετοχής, από το πρόγραμμα του διοργανωτή
- 4.** Πρόγραμμα για την εξωτερική αξιολόγηση της ποιότητας, για τις εξετάσεις που αφορούν τον έλεγχο αντισωμάτων, έναντι HSVAb total , HSV IgG (qualitative/quantitative), HSVIgM, HSV1AbG, HSV2AbG ,της προ αναλυτικής.Το πρόγραμμα να διενεργείται σε τέσσερις κύκλους, με τουλάχιστον τρία έτοιμα δείγματα από μοναδιαίο δότη ανά κύκλο, με δικαίωμα επιλογής από το εργαστήριο του αριθμού και μήνα συμμετοχής, από το πρόγραμμα του διοργανωτή αναλυτικής, της μετά αναλυτικής φάσης και της κλινικής αξιολόγησης
- 5.** Πρόγραμμα για την εξωτερική αξιολόγηση της ποιότητας, για τις εξετάσεις που αφορούν τον έλεγχο αντισωμάτων, έναντι Varicella zoster IgG, IgM, ολικά αντισώματα, της προ αναλυτικής, αναλυτικής ,της μετά αναλυτικής φάσης και της κλινικής αξιολόγησης. Το πρόγραμμα να διενεργείται σε τέσσερις κύκλους, με τουλάχιστον τρία έτοιμα δείγματα από μοναδιαίο δότη ανά κύκλο, με δικαίωμα επιλογής από το εργαστήριο του αριθμού και μήνα συμμετοχής, από το πρόγραμμα του διοργανωτή αναλυτικής, της μετά αναλυτικής φάσης και της κλινικής αξιολόγησης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΙΩΝΟΣ  
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ  
ΔΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ  
ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΙΟΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΓΗΣ

**6.** Πρόγραμμα εξωτερικής αξιολόγησης ποιότητας, για τις εξετάσεις των ηπατιτίδων B και C: HBsAg , HBcAb, HBcAbM, HBeAb, HBeAg, HBsAb, ( να συμπεριλαμβάνει όλους τους δείκτες της ηπατίτιδας B, στο ίδιο πρόγραμμα) HCVAb, HCVAbCt, να περιλαμβάνει επίσης την κλινική αξιολόγηση, την προαναλυτική , αναλυτική και μετά αναλυτική φάση, χωρίς επιπλέον κόστος, να διενεργείται σε τέσσερις κύκλους ετησίως, με δικαίωμα επιλογής του αριθμού κύκλων, σε κάθε κύκλο να αναλύονται τουλάχιστον τρία διαφορετικά αυθεντικά δείγματα από μοναδιαίο δότη, προκειμένου να ελέγχονται τα τρία επίπεδα δραστικότητας(.Υψηλό-φυσιολογικό-χαμηλό) και να μπορεί να γίνεται η κλινική αξιολόγηση.

**7.** Πρόγραμμα εξωτερικής αξιολόγησης ποιότητας, για τις εξετάσεις: αντισώματα HIVAb, HIVAg/Ab, HIV AbCt, primary , HIV AbCt :primary,( επιβεβαιωτικές δοκιμασίες στο ίδιο πρόγραμμα), να περιλαμβάνει επίσης την κλινική αξιολόγηση, την προαναλυτική , αναλυτική και μετά αναλυτική φάση, χωρίς επιπλέον κόστος, να διενεργείται σε τέσσερις κύκλους ετησίως, με δικαίωμα επιλογής του αριθμού κύκλων, σε κάθε κύκλο να αναλύονται τουλάχιστον τρία διαφορετικά δείγματα από μοναδιαίο δότη, προκειμένου να ελέγχονται τα τρία επίπεδα δραστικότητας(.Υψηλό-φυσιολογικό-χαμηλό) και να μπορεί να γίνεται η κλινική αξιολόγηση

**8.** Πρόγραμμα για την εξωτερική αξιολόγηση της ποιότητας, για τις εξετάσεις που αφορούν τον έλεγχο αντισωμάτων, έναντι HAVAb, HAVAbM, HAVAbG., της προ αναλυτικής, αναλυτικής της μετά αναλυτικής φάσης και της κλινικής αξιολόγησης. Το πρόγραμμα να διενεργείται σε τέσσερις κύκλους, με τουλάχιστον τρία αυθεντικά έτοιμα δείγματα από μοναδιαίο δότη ανά κύκλο, με δικαίωμα επιλογής από το εργαστήριο του αριθμού και μήνα συμμετοχής, από το πρόγραμμα του διοργανωτή

**9.** Πρόγραμμα για την εξωτερική αξιολόγηση της ποιότητας, που αφορούν τον έλεγχο των αντισωμάτων Mups Virus IgG & IgM ,\_της προ αναλυτικής, αναλυτικής, της μετά αναλυτικής φάσης και της κλινικής αξιολόγησης, ως προαπαιτούμενο του ISO 15189. Το πρόγραμμα να διενεργείται σε τέσσερις κύκλους, με τουλάχιστον τρία αυθεντικά έτοιμα δείγματα από μοναδιαίο δότη ανά κύκλο, με δικαίωμα επιλογής από το εργαστήριο του αριθμού και μήνα συμμετοχής, από το πρόγραμμα

**10.** Πρόγραμμα για την εξωτερική αξιολόγηση της ποιότητας, που αφορούν τον έλεγχο των αντισωμάτων Measles Virus IgG & IgM ,\_της προ αναλυτικής, αναλυτικής, της μετά αναλυτικής φάσης και της κλινικής αξιολόγησης, ως προαπαιτούμενο του ISO 15189. Το πρόγραμμα να διενεργείται σε τέσσερις κύκλους, με τουλάχιστον τρία αυθεντικά έτοιμα δείγματα από μοναδιαίο δότη ανά κύκλο, με δικαίωμα επιλογής από το εργαστήριο του αριθμού και μήνα συμμετοχής, από το πρόγραμμα

**11.**Πρόγραμμα για την εξωτερική αξιολόγηση της ποιότητας, για τις εξετάσεις που αφορούν τον έλεγχο αντισωμάτων, έναντι Parvovirus IgG, IgM, ολικά αντισώματα ,IGG Avidity, της προ αναλυτικής, αναλυτικής ,της μετά

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΙΑΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ  
ΔΙΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ  
ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΙΟΥΔΕΑΣ ΛΑΡΗΝ

αναλυτικής φάσης και της κλινικής αξιολόγησης. Το πρόγραμμα να διενεργείται σε τέσσερις κύκλους, με τουλάχιστον τρία αυθεντικά έτοιμα δείγματα από μοναδιαίο δότη ανά κύκλο, με δικαίωμα επιλογής από το εργαστήριο του αριθμού και μήνα συμμετοχής, από το πρόγραμμα

Τα προγράμματα να μην είναι μαζικά, αλλά να εξειδικεύονται ανά εξέταση, ώστε τα δείγματα που θα στέλνονται για ανάλυση, να είναι ιδιαίτερα επιλεγμένα, προκειμένου να είναι δυνατή η ανάδειξη τυχόν αδυναμιών της μεθόδου και να είναι εφικτή και η κλινική αξιολόγηση.

