

Σωληνάρια μεταφοράς δείγματος ρινικού/φαρυγγικού επιχρίσματος (στυλεοί) για ανίχνευση ιών με μοριακές τεχνικές και κυτταροκαλλιέργεια, αποστειρωμένα ένα - ένα.

Το βύσμα του στυλεού να είναι από συνθετικό υλικό (πολυεστέρας ή DRAGON) και ο άξονας του στυλεού να μην είναι ξύλινος.

Η ημερομηνία λήξης να είναι τουλάχιστον 8μηνης διάρκειας από την παραλαβή.