

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

1.Κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα

Να κατατεθεί πιστοποιητικό ανάλυσης του μετάλλου

Από τον κατασκευαστικό οίκο πρωτότυπο ή επίσημα επικυρωμένο

.Τελικό φινίρισμα εργαλείων MAT.

2.Τα εργαλεία να φέρουν:

-Κωδικό εργοστασίου αντίστοιχο με του καταλόγου εργαλείων του ιδίου εργοστασίου.

-Το εργοστάσιο κατασκευής.

-Την επωνυμία της προσφέρουσας εταιρείας.

-Τον αριθμό σειράς (serial number).

3.Να υπάρχει συμφωνία μεγεθών και αιτούμενων ειδών με τα προσφερόμενα. Να αναγράφεται η σελίδα του επίσημου καταλόγου του εργοστασίου ,που εικονίζεται ο προσφερόμενος κωδικός του εργαλείου.

4. Να κατατεθεί πρωτότυπος κατάλογος εργοστασίου, εκτός αν ήδη έχει ήδη κατατεθεί στο Νοσοκομείο μας .

5.Να μην προσφερθούν εργαλεία συγκεντρωτικών οίκων ή οίκου RELABEL, αλλά μόνο του εργοστασίου κατασκευής.

6.Εγγύηση εργαλείων για 5 έτη τουλάχιστον .Να κατατεθεί ανάλυση εγγύησης του προμηθευτή και του ιδίου εργοστασίου.

7.Να κατατεθούν τα πιστοποιητικά :

-ISO εργοστασίου κατασκευής

ISO προμηθεύτριας εταιρείας

-Χώρα κατασκευής από το ίδιο εργοστάσιο

-Ανάλυση κράματος μετάλλου

-CE πιστοποίηση

Όλα τα ανωτέρω να είναι πρωτότυπα ή επίσημα επικυρωμένα

8.Δείγματα Να κατατεθούν με την προσφορά αντιπροσωπευτικά δείγματα από όλες τις κατηγορίες των αιτούμενων εργαλείων, τα στοιχεία του οποίου να ανταποκρίνονται στην παράγραφο 2.

Έλεγχος δειγμάτων:

-Θα αξιολογηθούν για το φινίρισμα αυτών στα συλληπτικά άκρα , στις αρθρώσεις, στο κλείστρο των λαβίδων .Δεν θα πρέπει να έχουν <κοφτερά> σημεία στο φινίρισμα γιατί θα αποκλείονται .

-Τουλάχιστον ένα εκ των δειγμάτων θα δοκιμαστεί στον κλίβανο ατμού, ώστε να διαπιστωθεί η αντοχή των της τελικής επεξεργασίας παθητικών στρωμάτων.

Επιπλέον για την αξιολόγηση των χειρουργικών εργαλείων θα ληφθούν υπόψη:

-Οι πληροφορίες από τα χειρουργεία του Νοσοκομείου μας για την καλή διατήρηση στο χρόνο και τη χρήση των εργαλείων, που προσφέρονται.

-Η ανταπόκριση του προμηθευτή σε οποιοδήποτε πρόβλημα προκύπτει :

Συντήρηση χειρουργικών εργαλείων,αντικατάσταση ελλειμματικών εργαλείων κ.τ.λ.

-Ο χρόνος παράδοσης των εργαλείων.

-Η δυνατότητα της εταιρείας για άμεση συντήρηση των χειρουργικών εργαλείων.

ΚΩΣΤΑΣ ΟΛΓΑ
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΣΥ
Α.Μ. 53764

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Κ. ΤΣΙΛΙΜΠΑΡΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
ΠΑΤΝΗ - Α.Μ. Τ.Ε.ΑΥ: 64838
ΑΜΚΑ: 21056204254

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

A/A	Κωδικός Υλικού	Περιγραφή Υλικού	Αριθμός Τεμαχίων
3	181702	ΚΑΝΟΥΛΑ ΠΛΥΣΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ): ΤΥΠΟΥ SIMCOE ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΑΞΟΝΑ, ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΘΥΡΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 0,3MM ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΗ ΘΥΡΑ ΠΛΥΣΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 0.64MM /23GAUGE, ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ LUER LOCK.	10
6	141293	ΒΛΕΦΑΡΟΔΙΑΣΤΟΛΕΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ BARRAQUER): 14.MM ΑΓΚΥΛΕΣ ΚΛΕΙΣΤΕΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ	10
10	181677	ΒΕΛΟΝΑ ΠΛΥΣΗΣ ΔΑΚΡΥΓΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ 25G: ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ,ΕΥΘΕΙΑ ΜΕ ΠΛΑΙΝΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΟΠΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 60mm	3
		ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ	3500

ΗΛΙΑΚΗ ΟΛΓΑ
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΣΥ
Α.Μ. 53764

ΗΛΙΑΚΗΣ ΟΛΓΑΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΑΓΝΗ - Α.Μ. ΤΣΑΥ: 64838
ΑΜΚΑ: 21056204254